



Science **made** smarter

Bruksanvisning - NO

Sera™




Interacoustics

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	1
1.1.	Om denne håndboken	1
1.2.	Tiltenkt bruk	1
1.3.	Kontraindikasjoner	1
1.4.	Produktbeskrivelse	2
1.5.	Klinisk fordel	3
1.6.	Advarsler	4
1.7.	Feilfunksjon	4
1.8.	Kassering av produktet	4
2	Forholdsregler	5
2.1	Generelt	5
2.2	Generelle forholdsregler	5
2.3	Miljøfaktorer	6
2.4	Elektrisk og elektrostatisk sikkerhet	6
2.5	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	6
2.6	Eksplisjonsfare	6
2.7	Bruk i hjemmepleie-miljøer	6
2.8	Sikkerhetsmåling og klinisk fordel	7
2.9	Forskjellig	7
2.10	Bruk av utstyret etter transport og oppbevaring	7
3	Utpakking og installasjon	8
3.1	Utpakking og inspeksjon	8
3.2	Merking	9
3.3	Installere krybben	11
3.4	Installere HM-E200 etikettskriver (valgfritt)	12
3.4.1	Batterilading	12
3.4.2	Installere etiketter i skriveren	12
3.4.3	Slå skriveren på og av	12
3.4.4	Koble den trådløse skriveren til Sera™	13
3.4.5	Skriver offline	13
3.5	Sera™-maskinvaren	14
3.6	Koble den trådløse sondekabelen til Sera™	15
3.7	Koble signalgivere til forforsterkeren	15
3.8	Koble elektrodekablene til forforsterkeren	15
3.9	Bruk av IP30-signalgiver med ørepropper eller EarCup (kun ABRIS)	16
3.10	Tilkobling til valgfri pass-checker	16
3.11	Signalgivere og kalibrering	17
3.12	Lading og strømtilførsel til Sera™	17
3.12.1	Batteriet	17
3.13	Batteriets brukstid og ladetid	18
3.13.1	Indikatorlysene på Sera™	18
3.14	HearSIM™-programvarebundle	19
3.15	Lisenser	19
3.15.1	Legge til en ny lisens til Sera™	19
3.16	Oppdatering av firmware	20
4	Bruksanvisning	21
4.1	Generelle forholdsregler	21
4.2	Slå Sera™ på og av	22
4.3	Testing under lading	22
4.4	Batteriets ladeindikator	22
4.5	Drift og knappeoversikt for Sera™	23
4.5.1	Sera™-skjermformatet	23
4.5.2	Vanlige funksjonsknapper	24
4.5.3	Tastatur (spesialtegn)	24

4.5.4	Startskjerm	26
4.5.5	Legg til en ny pasient	26
4.5.6	Pasient-ID konflikt	27
4.5.7	Velg fra pasientlisten	28
4.6	Generell testinformasjon	29
4.6.1	Pasientforberedelse – automatisert ABR-testing	29
4.6.2	Pasientforberedelse – OAE-testing	29
4.6.3	Håndtering og valg av ørepropper	29
4.6.4	Bruk av EarCups	30
4.6.5	Starte en test	30
4.6.6	Velg testtype	31
4.6.7	Testrelatert feltoppføring	32
4.6.8	Screening-resultatsymboler	33
4.6.9	Stoppårsak for ufullstendig test	33
4.6.10	Utskrift etter testing	34
4.7	Automatisk ABR-testing	35
4.7.1	Første testskjerm for automatisk ABR	35
4.7.2	Impedanskontroll-skjerm	36
4.7.3	Automatisk ABR-målingsskjerm	37
4.7.3.1	Støylinje	37
4.7.3.2	Tidslinje	37
4.7.3.3	Test ferdig-skjerm	38
4.8	OAE-testing	40
4.8.1	Første testskjerm for OAE	40
4.8.2	Sondekontroll-skjerm	41
4.8.3	OAE-målingsskjerm	43
4.8.3.1	Sondens stabilitetslinje	44
4.8.3.2	Støylinje	44
4.8.3.3	Tidslinje	45
4.8.4	Test ferdig-skjerm	45
4.8.4.1	Sondestabilitet % (kun DPOAE)	47
4.8.4.2	Stimulansstabilitet % (kun TEOAE)	47
4.8.4.3	Artefakt %	47
4.8.4.4	Tid	47
4.9	Hurtigtest	48
4.9.1	Generelt	48
4.9.2	Lagre en hurtigtest	48
4.10	Utskrift	49
4.10.1	Utskriftsmetoder	49
4.10.2	Etikettutskriftsformat	49
4.11	Innhenter pasienter og lagrede økter	50
4.11.1	Velg pasient	50
4.11.2	Søk etter en pasient	50
4.11.3	Testknapp	50
4.11.4	Vis lagrede tester	50
4.11.4.1	Utskrift av en lagret test	51
4.11.5	Innhenting av en lagret test	51
4.12	Brukerstyring på enheten	52
4.12.1	Generelt	52
4.12.2	Velge bruker (valgfritt)	52
4.12.3	Oppgi passord	52
4.12.4	Feil passord	54
4.13	Oppsett	55
4.13.1	Språkskjerm	55
4.13.2	Enhet	55
4.13.3	Lyd	56
4.13.4	Skriver	56
4.13.5	Om	57
5	Utstyrs (integritet) kontroller	58

5.1	Generelt.....	58
5.2	Pass-checker for automatisk ABR (valgfritt)	58
5.3	Sonde-integritetstest for TEOAE	60
5.4	Sonde-integritetstest for DPOAE	61
6	Vedlikehold	62
6.1	Generelle vedlikeholdsprosedyrer.....	62
6.2	Generelle rengjøringsprosedyrer	62
6.3	Rengjøring av Sera™	63
6.3.1	Trykkskjerm.....	63
6.3.2	Deksel, krybbe og kabler	63
6.3.3	Engangsmateriell	63
6.4	Rengjøring av sondespissen.....	64
6.5	Rengjøring av SnapPROBE™	66
6.6	Tilbehør/reservedeler	66
6.7	Utskifting avbatteri.....	67
6.7.1	Å demontere Sera™	67
6.7.2	Åpning av skapet.....	67
6.7.3	Å demontere skapene	68
6.7.4	Å demontere PCA	70
6.7.5	Å bytte ut batteriet	72
6.7.6	Å bytte ut batteriet i ABRIS-beståttkontrolløren	74
6.8	Reparasjon	75
6.9	Garanti.....	75
7	Generelle tekniske spesifikasjoner	76
7.1	Sera™ instrument – tekniske spesifikasjoner	76
7.2	Spesifikasjoner for inn-/utgangsforbindelser	80
7.3	Kalibreringsreferanseverdier for CE-Chirp® stimulus	81
7.4	Kalibreringsreferanseverdier for klikk-stimulus	81
7.5	Koblingstyper brukt for kalibrering.....	81
7.6	Generell informasjon om spesifikasjonene	81
7.7	Vedlegg A: Stimulans	82
7.8	Vedlegg B: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	83
8	Vanlige spørsmål / Feilsøking	87



1 Innledning

1.1. Om denne håndboken

Denne håndboken gjelder for Sera™ versjon 1.31. Produktet er produsert av:

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1

5500 Middelfart

Danmark

Tlf.: +45 6371 3555

E-post: info@interacoustics.com

Web: www.interacoustics.com

Bruksanvisning/tilleggsinformasjon:

'**Bruksanvisningen**' inneholder all informasjonen som kreves for å betjene dette systemet på en sikker og effektiv måte, men '**Tilleggsinformasjon**' er også tilgjengelig for den som er interessert. Operatøren kan se disse bruksanvisningene på produsentens offisielle nettsted.

1.2. Tiltenkt bruk

Sera™ med DPOAE er tiltenkt brukt i audiologisk evaluering og dokumentering av øresykdommer ved å bruke Distortion Product Otoacoustic Emissions. Målgruppen for Sera™ med DPOAE omfatter alle aldre.

Sera™ med TEOAE er tiltenkt brukt i audiologisk evaluering og dokumentering av øresykdommer ved å bruke Transient Evoke Otoacoustic Emissions. Målgruppen for Sera™ med TEOAE omfatter alle aldre.

Sera™ med ABRIS er tiltenkt brukt i audiologisk evaluering og dokumentering av øre- og nervesykdommer ved bruk av hørselsfremkalt potensialer fra indre øre, hørselsnerven og hjernestammen. Målpopulasjonen for Sera™ med ABRIS er nyfødte.

Sera™-systemet skal kun brukes av faglig opplært personell, som f.eks. audiologer, ØNH-kirurger, leger, hørselsspesialister eller personell med lignende utdanningsnivå. Instrumentet skal aldri brukes uten nødvendig kunnskap, opplæring og forståelse av dets bruk og hvordan resultatene skal fortolkes. Sera™ er beregnet for sykehus, klinikk, helsevesen eller andre passende stille omgivelser.

1.3. Kontraindikasjoner

Kontraindikasjoner for testing inkluderer kirurgi i ytre øre, nylig stafettektomi, væsning fra øret, akutt eksternt traume til ørekanal, ubehag (f.eks. alvorlig otitis externa) eller okklusjon av den eksterne ørekanalen eller skader. Testing bør ikke utføres på pasienter med slike symptomer uten tillatelse fra en lege.



1.4. Produktbeskrivelse

Sera™ er et flerfunksjonelt screenings- og/eller diagnostiseringsinstrument. Det kan utføre og lagre følgende testtyper avhengig av de installerte lisensene:

- Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE)
- Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE)
- Automated Auditory Brainstem Responses (ABRIS)

Tilgjengelige konfigurasjoner:

- Sera™ med ABRIS
- Sera™ med ABRIS og Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE)
- Sera™ med ABRIS og Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE)
- Sera™ med ABRIS, Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE) og Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE)
- Sera™ med Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE)
- Sera™ med Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE)
- Sera™ med Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE) og Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE)

Lisenskonfigurasjoner kan legges til selv etter at enheten er kjøpt og tatt i bruk. Se del 3.14 Lisenser for mer informasjon.

Sera™ bruker ulike signalgivere og kabelkonfigurasjoner. Tabellen nedenfor viser hvilke signalgiver- og kabelkonfigurasjoner som er tilgjengelige for bruk med Sera™.

SIGNALGIVER / KABELKONFIGURASJON	DPOAE	TEOAE	ABRIS
SnapPROBE™ OWA-sonde direkte tilkoblet Sera™	Ja	Ja	Nei
OWA-sonde direkte tilkoblet Sera™	Ja	Ja	Nei
SnapPROBE™ og OWA-sonde direkte koblet til forforsterkerkabel	Ja	Ja	Ja
IP30 direkte koblet til forforsterkerkabel	Nei	Nei	Ja

Systemet består av følgende inkluderte deler og valgfritt tilbehør:

Standard komponenter, generelt	Konfigurasjoner		
	ABRIS	ABRIS + OAE	DPOAE og/eller TEOAE
Sera™-håndholdt enhet	•	•	•
Sera™-krybbe	•	•	•
Krybbens strømforsyning	•	•	•
Forforsterker ¹	•	•	-
USB Type A-B mikrokabel	•	•	•
Bæreveske	•	•	•
Nyfødt ørestimulator	-	•	•
Ledninger med klemme for elektroder med trykknapp ¹	•	•	-
Bruksanvisning	•	•	•
HearSIM™-programvarebundle	•	•	•
Sera™-sondespiss sett	Valgfritt	•	•



Sera™ ADI screening øreproppsett	•	•	•
Sera™-sonde rengjøringssett	•	•	•
IP/sonde-tilbehørssett ¹	•	•	•
EarCup-tilbehørssett ¹	Valgfritt	Valgfritt	-
Pekerpenn	•	•	•
Rengjøringsklut for trykkskjerm	•	•	•
Nakkestropp for forforsterker ¹	•	•	•
Signalgivere			
SnapPROBE™ ¹	Valgfritt	•	•
OWA-sonde 500 mm ¹	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt
OWA-sonde 1200 mm ¹	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt
IP 30 (50 Ω) sett inn-øretelefon med ørepropp-adaptersett ¹	•	•	-
IP 30 (50 Ω) sett inn-øretelefon med EarCup-adaptersett ¹	Valgfritt	Valgfritt	-
Valgfritt tilbehør			
Sera™ ABRIS-pass-checker	Valgfritt	Valgfritt	-
Etikettkriver HM-E200 Sett (inkluderer skriver, strømforsyning og to ruller med termiske etiketter)	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt
Engangsmateriell			
Utvalg av ørepropper	Valgfritt	•	•
Spedbarn ørepropper	Valgfritt	-	-
Snapelektroder	•	Valgfritt	-
Fane elektroder	Valgfritt	Valgfritt	-
Gasbindpinner	Valgfritt	-	-
Førende gel	Valgfritt	-	-
Pads med alkohol	•	Valgfritt	-
Skriver etikettpapir	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt
Sondespiss sett	•	•	•

Engangsmateriell er kun til engangsbruk! Gjenbruk av engangsmateriell kan påvirke testresultatene og pasientens sikkerhet. Se del 2.7 Sikkerhetsforholdsregler. Alt engangsutstyr inkludert med Sera™ leveres av Sanibel Supply®. Systemet har kun blitt testet med engangsutstyr produsert av Sanibel Supply®. Bruk av andre merker kan endre egenskapene og resultatene fra enheten, og anbefales ikke.

1.5. Klinisk fordel

Udiagnostisert hørselstap hos nyfødte kan påvirke mange utviklingsområder, inkludert språkopplæring, sosiale interaksjoner, følelser, kognitiv evne, faglig ytelse og yrkesferdigheter. Dette kan ha negativ innvirkning på pasientens livskvalitet. Diagnosen hørselstap kan derfor ha en betydelig fordel for enkeltpersonene så vel som pårørende.



1.6. Advarsler

I denne håndboken har advarsler, forholdsregler og merknader følgende betydning:



ADVARSEL identifiserer forhold eller praksis som kan presentere fare for pasienten og/eller brukeren.



FORSIKTIG identifiserer forhold eller praksis som kan føre til skade på enheten.

MERK

MERK brukes til å adressere praksis som ikke er forbundet med en fare for personskade.

1.7. Feilfunksjon



Hvis et produkt ikke fungerer som det skal, er det viktig å beskytte pasienter, brukere og andre personer mot skade. Hvis produktet har forårsaket, eller potensielt kan forårsake slik skade, må det derfor tas ut av bruk umiddelbart.

Både farlige og ufarlige feilfunksjoner tilknyttet selve produktet eller dets bruk, må umiddelbart rapporteres til distributøren der produktet ble kjøpt. Husk å inkludere så mange opplysninger som mulig, f.eks. typen skade, serienummer på produktet, programvareversjon, tilkoblet tilbehør og annen relevant informasjon.

I tilfelle det skjer et dødsfall eller en alvorlig hendelse tilknyttet bruken av enheten, må hendelsen umiddelbart rapporteres til Interacoustics og nasjonal kompetent myndighet.

1.8. Kassering av produktet

Interacoustics er forpliktet til å sikre at produktene våre blir kassert på en sikker måte når de ikke lenger er brukbare. Brukerens samarbeid er viktig for å kunne sikre dette. Interacoustics forventer derfor at lokale sorterings- og avfallsforskrifter for kassering av elektrisk og elektronisk utstyr følges, og at apparatet ikke kastes sammen med usortert avfall.

I tilfelle distributøren av produktet tilbyr en returordning, bør denne brukes for å sikre korrekt kassering av produktet.



2 Forholdsregler

2.1 Generelt

Følgene sikkerhetsforholdsregler må alltid følges. Generelle sikkerhetsforholdsregler må følges ved bruk av elektrisk utstyr. Følges ikke disse forholdsreglene kan dette føre til skade på utstyr og forårsake skade på operatør eller pasient.

Den ansatte må instruere alle medarbeidere i gjenkjenning og unngåelse av utrygge forhold og gjeldende reguleringer for vedkommendes arbeidsmiljø, for å kontrollere eller eliminere eventuelle farer eller annen eksponering for sykdom eller skade.

Interacoustics er oppmerksomme på at sikkerhetsreglene varierer hos individuelle organisasjoner. Dersom det foreligger konflikt mellom instruksjonene i denne bruksanvisningen og reglene til organisasjonen som benytter dette instrumentet, skal de strengeste reglene ha forrang.

Sera™ er beregnet brukt av hørselsspesialister (f.eks. ENT-leger, audiologer), sykepleiere eller teknikere som har opplæring i riktig bruk av enheten.

2.2 Generelle forholdsregler



Hvis systemet ikke fungerer som det skal, må det ikke brukes før alle nødvendige reparasjoner har blitt utført og enheten har blitt testet og kalibrert for funksjonalitet i henhold til Interacoustics spesifikasjoner.

La aldri instrumentet falle ned, eller på noen måte utsettes for unødvendige påkjenninger. Hvis instrumentet skades på noen måte, må det returneres til produsenten for reparasjon og/eller kalibrering. Bruk ikke instrumentet hvis det er mistanke om at det kan ha blitt skadet.

Dette produktet og dets deler vil kun yte på en pålitelig måte når det brukes og vedlikeholdes i henhold til anvisningene i denne håndboken, medfølgende etiketter og/eller innstikk. Et defekt produkt må ikke brukes. Sørg for at alle tilkoblinger til eksternt tilbehør har tilstrekkelig beskyttelse. Deler som kan være ødelagt, har mangler eller tydelig slitasje, skade eller er kontaminert, skal umiddelbart erstattes med rene, originale deler produsert av eller tilgjengelig fra Interacoustics.

Utstyret skal ikke repareres av brukeren. Reparasjoner må kun utføres av en autorisert servicerepresentant. Ingen modifikasjon av utstyret er tillatt av noen andre enn en kvalifisert representant fra Interacoustics. Modifikasjon av utstyret kan være farlig.

Interacoustics vil, på forespørsel, gjøre koblingsskjemaer, lister over komponentdeler, beskrivelser, kalibreringsinstruksjoner eller annen informasjon tilgjengelig som vil hjelpe autorisert servicepersonell med å reparere de delene av dette instrumentet som ifølge Interacoustics kan repareres av servicepersonell.

Ingen deler av utstyret kan vedlikeholdes eller utføres service på mens det brukes med pasienten.

Koble kun tilbehør kjøpt fra Interacoustics til Sera™. Kun tilbehør som Interacoustics har godkjent som kompatibelt, kan kobles til enheten eller krybben.



2.3 Miljøfaktorer



Bruk og oppbevar instrumentet kun innendørs. Det anbefales å bruke instrumentet i omgivelser med et temperaturområde på 5 °C / 41 °F til 40 °C / 104 °F og i en relativ luftfuktighet mellom 15 % og 93 % (ikke-kondenserende).

Se del 6 om transport og oppbevaringsforhold.

Bruk ikke enheten i nærheten av væske som kan komme i kontakt med de elektroniske komponentene eller ledningene. Hvis brukeren mistenker at komponenter eller tilbehør har kommet i kontakt med væske, skal ikke enheten brukes før en autorisert servicetekniker har avklart at det er trygt.

2.4 Elektrisk og elektrostatisk sikkerhet



Før det utføres noen service på insert øretelefonene, må du frakoble Sera™-signalgivere og elektroder fra pasienten.

Ikke berør kontaktene på bunnen av instrumentet og pasienten samtidig. Konsekvensen av dette kan medføre for høy lekkasjestrøm til pasienten.

Ikke åpne instrumentets deksel. Kun kvalifisert personale skal utføre service på utstyret.

2.5 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)



Selv om instrumentet oppfyller relevante EMC-krav bør forholdsregler bli tatt for å unngå unødvendig utsettelse for elektromagnetiske felt, f. eks fra mobiltelefoner osv. Hvis apparatet brukes i nærheten til annet utstyr, må det observeres at det ikke oppstår gjensidige forstyrrelser. Referer også til vedlegget om EMC.

2.6 Eksplosjonsfare



Risiko for eksplosjon.

Bruk ikke i nærheten av antennerlige anestesigasser eller andre gasser.

Bruk IKKE i nærheten av antennerlige blandinger som inneholder gass. Brukere bør tenke over potensiell eksplosjon- eller brannfare når de bruker denne enheten i nærheten av antennerlige anestesigasser.

Bruk IKKE Sera™ i omgivelser med et høyt nivå av oksygen, slik som hyperbariske kammer, oksygentelt osv.

2.7 Bruk i hjemmepleie-miljøer

Instrumentet er egnet for bruk i hjemmepleie-miljøer når det beskyttes med den medfølgende bærevesken under transport



2.8 Sikkerhetsmåling og klinisk fordel

For å garantere at Sera™ fungerer ordentlig, må instrumentet kontrolleres og kalibreres minst en gang årlig.

Service og kalibrering må utføres av en autorisert tekniker. Dersom disse kontrollene ikke utføres, kan det være at direktiv om medisinsk utstyr brytes og at garantier ugyldiggjøres.

Bruken av ikke-kalibrerte enheten kan føre til feil testresultater og anbefales ikke. Feil testresultater kan føre til upassende behandling av pasienter.

2.9 Forskjellig

Vennligst merk:

IKKE koble Sera™-maskinvaren til datamaskinen før programvaren er blitt installert!

Oppbevaring av instrumentet ved en temperatur på under 0°C /32°F og over 50°C /122°F kan føre til varig skade på instrumentet og tilbehøret.

Ikke plasser instrumentet ved siden av noen former for varmekilder.

Signalgivere må håndteres med forsiktighet, siden røff håndtering som f.eks. at den faller ned på en hard overflate, kan brette eller skade delene.

2.10 Bruk av utstyret etter transport og oppbevaring

Sørg for at instrumentet fungerer riktig før bruk. Dersom instrumentet har blitt lagret i et kaldt miljø (selv bare i en kortere tidsperiode) må instrumentet få tid til å akklimatiseres. Dette kan ta lang tid, avhengig av forholdene (slik f.eks. omgivelsenes luftfuktighet). Det anbefales en akklimatiseringstid på ca. 1 time i romtemperatur. Det anbefales å oppbevare instrumentet i originalemballasjen, reisevesken, og unngå store temperaturendringer. Dersom instrumentet lagres i varmere forhold enn det faktiske bruksforholdet, er det ikke nødvendig med noen forholdsregler før bruk. En kort akklimatisering anbefales likevel. Sørg alltid for at instrumentet fungerer optimalt ved å følge rutinekontrollprosedyrene for audiometrisk utstyr.



3 Utpakking og installasjon

3.1 Utpakking og inspeksjon

Kontroller for skader

Inspiser fraktesken og innholdet for tegn på skade. Hvis den er skadet, ta vare på emballasjen og kontakt distributøren din.

Ta vare på esken

Enheter leveres i en spesialtilpasset frakteske. Ta vare på esken i tilfelle enheten må returneres for service.

Inspiser før bruk

Før du kobler til enheten, sjekk den for riper, manglende deler eller andre skader.

Rapporter problemer

Rapporter eventuelle feil eller manglende varer til leverandøren din umiddelbart. Ta med fakturaen, serienummeret og en beskrivelse av problemet.














Bruk «Returrapport»

Fyll ut returrapporten (finnes på slutten av denne håndboken) når du returnerer enheten. Dette bidrar til å sikre nøyaktig og rask service.









3.2 Merking

Instrumentet har følgende merking:

Symbol	Forklaring
	Type B, anvendte deler. I henhold til IEC 60601-1. Pasientanvendte deler som ikke er ledende deler og kan fjernes umiddelbart fra pasienten.
	Anvendt del er Type BF ifølge internasjonal standard IEC60601-1.
	Vis forsiktighet.
	Se bruksanvisningen.
	Følg bruksanvisningen.
	WEEE (EU-direktiv) Dette symbolet indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separat innsamling for gjenvinning og resirkulering.
 0123	CE-merket i kombinasjon med MD-symbolet indikerer at Interacoustics A/S oppfyller kravene i Medical Device Regulation (EU) 2017/745. Godkjenning av kvalitetssystem er utført av TÜV- identifikasjonsnr. 0123.
	Medisinsk utstyr.
	Serienummer.
	Produksjonsdato.
	Produsent.
	Referansenummer.
	Må ikke brukes om igjen. Ørepropper og lignende er kun til engangsbruk.



Symbol	Forklaring
	Oppbevares tørt.
	Luftfuktighetsområde for transport og oppbevaring.
	Temperaturområde for transport og oppbevaring.
	Logo.
	Skrur instrumentet på eller av. Hold inne for å slå av. Kort trykk for å vekke enheten fra søvnmodus (visning av).
IP20	Beskyttelsesgraden dekselet har mot inntrengning av objekter. Effektiv mot objekter større enn 12,5 mm.
IP02	Beskyttelsesgraden dekselet har mot inntrengning av væske. Effektiv mot dryppende vann når dekselet er i 15° vinkel.
	Referanse til Sera™ Tilleggsinformasjon (Additional Information).



3.3 Installere krybben




Koble Type A-B Micro USB-pluggen til strømfor­syningen til bunnen av krybben (1).



BRUK KUN UES12LCP-050160SPA - STRØMFORSYNING.

Ikke forsøk å benytte en annen strømfor­syning. Det kan føre til brann eller elektrisk støt på operatøren eller pasienten.

Sett krybben i stående stilling på bordet. Det er to innstikksfø­rere for å plassere instrumentet ordentlig i krybben.



Plasser Sera™ inn i krybben slik at den sitter innenfor de U-formede plasseringsfø­rerne. Ordentlig plassering i krybben er nødvendig for at batteriet skal kunne lades.

Plasser den øvre delen av Sera™ over krybbeplasseringsfø­rerne, og løft den ut av krybben.



3.4 Installere HM-E200 etikettskriver (valgfritt)

Forbindelsen mellom Sera™ og den termiske HM-E200-etikettskriveren skjer gjennom trådløs sammenkobling. Bruk kun anbefalt skriver fra Interacoustics.

MERK: Kun skrivere som er kjøpt gjennom Interacoustics-distributører eller Sanibel Supply® er kompatible med Sera™.

3.4.1 Batterilading



Skriveren drives av et Lithium-ion batteri.

For å lade batteriet må du sette inn laderens plugg i den sideveis plasserte kontakten og plugge strømforsyningen inn i et strømuttak eller koble skriveren til en datamaskin. Alternativt kan skriveren plasseres i krybben mens krybben er koblet til en stikkontakt. Det grønne lyset foran på skriveren vil blinke for å indikere at lading pågår. Skulle batteriet være fulladet vil det grønne lyset være konstant.

3.4.2 Installere etiketter i skriveren



For å sette inn en ny merkerull i etikettskriveren, åpnes skriveren ved å vri knappen på venstre side av skriveren nedover.



Sett inn skriverrullen i skriveren med papirenden plassert mot skriverskjermen.



Lukk dekselet når merkerullen er på plass.

Slå på skriveren og trykk på mate-knappen på venstre side, slik at skriveren kan justere merkene med skriverhodet.

Alternativt kan det benyttes termisk papir med den termiske HM-E200-skriveren. Se HM-E200-skriverens bruksanvisning for oppsettsinstruksjoner.

3.4.3 Slå skriveren på og av

Trykk på STRØMKNAPPEN i to sekunder for å slå PÅ eller AV.

Den grønne strømindikatoren lyser mens skriveren er på. Når skriveren er i ventemodus vil den grønne strømindikatoren blinke mens skjermen blir svart. Trykk kort på på-knappen for å få skriveren ut av ventemodus.



3.4.4 Koble den trådløse skriveren til Sera™

Skriveren må sammenkobles med Sera™ for å muliggjøre trådløse utskrifter.

Følg disse instruksjonene for å sammenkoble skriveren:

1. Slå på skriveren ved å holde strømknappen nede i 2 sekunder
2. Gå til **oppsett | skriver** og trykk på **søk** på den håndholdte Sera™-enheten
3. La instrumentet søke etter trådløse enheter. Dette kan ta opptil 1 minutt
4. En enhet kalt HM-E200 skal vises i listen med enheter
5. Trykk på **velg** for å fullføre sammenkoblingen

Vennligst merk: Ikke slå av Sera™ under utskrifter.

Det er mulig å dele en skriver med flere Sera™-enheter. Men kun en enhet kan sammenkobles med skriveren om gangen. Dette betyr at kun en Sera™ kan slås på innenfor skriverens rekkevidde, og at skriverne må slås av etter bruk med en Sera™ for å kunne sammenkobles med en annen Sera™-enhet.

Ønsker du å skrive ut måleresultatene på en tilkoblet skriver, anbefales det at du slår på skriveren før du utfører målingene. Dette gir skriveren nok tid til å kobles opp og bli klar til utskrift ut når målingene er fullført.

3.4.5 Skriver offline



Forsøk på utskrift når en trådløs skriver er slått av eller utenfor rekkevidden til Sera™ vil føre til en feilmelding.

Fjern meldingen ved å trykke på markeringsknappen nederst på kontrollinjen. Forsøk igjen etter å ha slått på skrivere eller gått innenfor rekkevidde.



3.5 Sera™-maskinvaren

Den håndholdte Sera™-enheten består av en resistiv trykkskjerm, som responderer når det trykkes på ikoner.



Ved å se på din Sera™ fra forsiden, vil du se en trykkskjerm, (1) knappen med på/av/hjem (2) og en ladelysindikator (LED) (3).



På toppen av enheten er det plassert en ABR-forforsterker/OAE-sondekabeltilkobling (1).



Ved bunnen av enheten finnes en Micro-USB tilkobling (1) og en innebygget kontakt for tilkobling til en nakkereim (2) for transport av enheten.



3.6 Koble den trådløse sondekabelen til Sera™

Sonden benyttet med Sera™ kalles SnapPROBE™. SnapPROBE™ kan kobles til enheten på to måter:

- 1) Direkte tilkobling til enheten (kun for OAE)
- 2) Via forforsterkerkabelen (for OAE og automatisk ABR)



Forsikre at Sera™ er slått av før til- eller frakobling eller avmontering av sonden eller forforsterkerkabel fra Sera™.

Juster de hevede prikkene på sondekontakten/forforsterkerkabelkontakten med en av frontkontaktene på toppen av Sera™. Sett inn pluggen og dra den sikkert på plass. Sera™ er designet for å lede sondepluggen/forforsterkeren til riktig posisjon.

3.7 Koble signalgivere til forforsterkeren

Forforsterker-kabelen kreves for å utføre automatisk ABR-tester. Den kan også brukes med alle de andre modulene.



VIS
FORSIKTIGHET



Juster OWA-sonden/innsettingstelefonen/EarCup-kabelkontakten med kontakten på toppen av forforsterker-kabelen markert med grafikk. Sett inn pluggen og dra den sikkert på plass. Sera er designet for å lede sondepluggen/forforsterkeren til riktig posisjon.

3.8 Koble elektrodekablene til forforsterkeren



Koble de tre elektrodeførekablene sikkert inn i elektrodepluggene på toppen av forforsterkeren, slik at fargen på kabelen samsvarer med pluggen. Sørg for at de er satt helt inn i pluggen.



3.9 Bruk av IP30-signalgiver med ørepropper eller EarCup (kun ABRIS)

Det er to versjoner av IP30-signalgiveren som kan brukes med ABRIS-modulen.

IP30-stereo ID-øretelefon



IP30-stereo ID-øretelefoner er for bruk med ørepropper. Signalgiveren er merket med "kalibrert for bruk med innsatser".


IP30-stereo ID EarCup



IP30-stereo ID EarCup-signalgiver er for bruk med engangs EarCup via en adapter. Signalgiveren er merket med "kalibrert for bruk med EarCup".

Selv om signalgiverne tilsynelatende er like, må du sørge for at du bruker signalgiveren med det engangsrestøpset (ørepropper eller EarCup) den er kalibrert for. Feil bruk kan føre til feil resultater pga. forskjellige kalibreringer. Sera™ oppdager automatisk hvilken IP30-svinger som er tilkoblet og velger riktige innstillinger.

3.10 Tilkobling til valgfri pass-checker



ABRIS-pass-checker kan benyttes for å vurdere maskinwarens integritet, elektrodekabler og signalgiver.

IP30 stereo ID-øretelefon – plasser en blå flenset ørepropp på enden av øreproppadapteren, og sett inn i hullene til pass-checker.

IP30 stereo ID EarCup – sett inn de svarte EarCup-adapterne direkte inn i hullene til pass-checker.

(Pass-Checker er ikke nødvendig for pasienttesting.)



3.11 Signalgivere og kalibrering

Signalgivere benyttet med Sera™ benytter en spesiell Omnetics-kontakt som tillater at kalibreringsdata lagres inne i kabel/kontakt (også kjent som ID-signalgiver). Signalgivere (sonder, innsettingstelefoner osv.) kan byttes mellom enheter uten at det krever rekalkibrering med en bestemt Sera™-enhet. Sera™ detekterer automatisk signalgivertypen, og leser kalibreringsdataene fra ID-signalgiveren.

3.12 Lading og strømtilførsel til Sera™

3.12.1 Batteriet

Instrumentet drives av et oppladbart Lithium-ion (Li-ion) batteri. Batteriet lades ved å plassere instrumentet i den AC-drevne krybben.

Batteriet kan også lades ved å:

- Koble instrumentet til en PC ved bruk av den leverte USB-kabelen. Lading på denne måten går saktere enn lading i krybben
- Tilkobling av enheten til strømmettet ved hjelp av strømforsyningen fra krybben direkte plagget til Micro USB-porten på Sera™
- Det anbefales ikke å utføre noen testing mens enheten er i holderen, da dette kan introdusere artefakter til testen, som påvirker kvaliteten på testresultatet.



ADVARSEL

Dette utstyret er ment å kobles til annet utstyr og danner dermed et medisinskteknisk system. Eksternt utstyr som er ment for å bli tilkoblet en kontakt for signalinngang, signalutgang eller andre typer kontakter, må samsvare med den relevante produktstandarden, f.eks. IEC 60950-1 for IT-utstyr og IEC 60601-serien for medisinsk elektrisk utstyr. I tillegg skal alle slike kombinasjoner –

medisinsktekniske systemer – være i samsvar med sikkerhetskrav angitt i den generelle standarden IEC 60601-1, utgave 3, paragraf 16. Alt utstyr som ikke overholder lekkasjestrømkravene i IEC 60601-1 skal oppbevares utenfor pasientmiljøet, dvs. minst 1,5 m fra pasientstøtten, eller skal forsynes via en skilletransformator for å redusere lekkasjestrømmen. Enhver person som kobler eksternt utstyr til en kontakt for signalinngang, signalutgang eller andre typer kontakter har dannet et medisinskelektrisk system, og vedkommende er derfor ansvarlig for at systemet samsvarer med kravene. Hvis du er i tvil, ta kontakt med en kvalifisert medisinsk tekniker eller din lokale representant. Hvis instrumentet er koblet til en PC (IT utstyr som utgjør et system) pass på å ikke berøre pasienten mens du bruker PC-en.

Dersom instrumentet er koblet til en PC (IT-utstyr som utgjør et system) skal sammenstilling og modifikasjoner evalueres av en kvalifisert medisinsk tekniker i samsvar med sikkerhetsforskriftene i IEC 60601

Merknad! USB forbindelsen på instrumentet har en isolerende beskyttelse på pasient forbindelsene. Konsekvensen av å ikke følge denne forholdsregelen, kan medføre for høy lekkasje strøm til pasienten.

VIKTIG MERKNAD: Vi anbefaler at kun en autorisert representant bytter ut det interne batteriet. Skade på elektronikken som følge av forsøk på å bytte batteriet av noen andre enn autoriserte serviceteknikere kvalifiserer ikke for garantireparasjon.



3.13 Batteriets brukstid og ladetid

Vennligst merk:

Ta hensyn til følgende forholdsregler:

Batteriet kan bare vedlikeholdes av servicepersonell.

- Hold batteriet fullt oppladet
- Ikke la batteriet bli helt utladet
- Plasser aldri batteriet i ild eller utsett det for varme
- Ikke påfør batteriet skade eller bruk et skadet batteri
- Ikke utsett batteriet for vann
- Ikke kortslutt kontaktene på batteriet eller snu polariteten
- Batteriet starter automatisk lading når Sera™ plasseres ordentlig i den AC-strømdrevne krybben, eller tilkobles USB til PC
- Bruk bare laderen som ble levert med Sera™
- Sera™ slås automatisk av når batteriet er for lavt til å støtte kontinuerlig drift.
- Batteriet inneholder en sikring for overlading av batteriet. Batteriet vil derfor slutte å lade når det er fulladet, selv om det fortsatt er koblet til en strømforsyning. Hvis batteriet er koblet til strømforsyningen, kan det derfor fortsatt miste ladningen.

Når Sera™-batteriet er fulladet, vil det vare en hel dag med testing under normale testforhold og standard strømsparings- og avslåingsfunksjoner er aktivert.

Tabell 1 viser et estimat for batteriets ladetid (It) i timer. Verdiene nedenfor forutsetter at enheten er slått av under lading.

Tabell 1: Estimert ladetid av Sera™ i timer.

	It via krybbe opptil 90 %	It via USB (PC) opptil 90 %
Av	6	9

3.13.1 Indikatorlysene på Sera™

Tabellen nedenfor gjengir LED-indikatorlysenes farger som vises på Sera™ under forskjellige forhold (se Tabell 2).

Tabell 2: LED-status på Sera™ og krybbe.

Instrumentstatus :	AV		PÅ		Strømsparing (standby)	
	Batteri- lading	Batteriet lader ikke / fullt	Batteri ikke fullt	Batteri fullt	Batteri- lading	Batteriet lader ikke
USB-lading	Blått fast	Grønt fast	Av	Av	Blått blink	Grønt blink
Krybbelading	Blått fast	Grønt fast	Av	Av	Blått blink	Grønt blink
Lader ikke	Av	Av	Av	Av	Gjelder ikke	Grønt blink
Batterifeil	Grønt+blått fast	Grønt+blått fast	Av	Av	Grønt+blått blink	Grønt+blått blink



3.14 HearSIM™-programvarebundle

Sera™ kan tilkobles en PC via en USB-kabel for bruk i forbindelse med HearSIM™. HearSIM™ software gjør at brukeren kan tilpasse Sera™ enhetsinnstillinger, administrere screeningdata og eksportere dem til andre databasesystemer.

Se bruksanvisningen for HearSIM™ for ytterligere opplysninger.

MERK: Som en del av personvern, må du forsikre deg om å oppfylle alle de følgende punktene:

1. Bruke Microsoft-støttede operativsystemer
2. Forsikre deg om at operativsystemene er sikkerhetsoppdaterte
3. Aktivere database-kryptering
4. Bruke individuelle brukerkontoer og passord
5. Sikre fysisk og nettverkstilgang til datamaskiner med lokal datalagring
6. Bruk oppdatert antivirus- og brannmur- og antivirusprogramvare
7. Innføre en tilstrekkelig plan for backup
8. Innføre en tilstrekkelig plan for logg-oppbevaring
9. Sørg for å endre alle standard administrasjonspassord

Bruk av operativsystemer der Microsoft har utviklet programvare og sikkerhetsstøtte vil øke risikoen for virus og ondsinnet programvare, noe som kan føre til sammenbrudd, tap av data og tyveri og misbruk av data. Interacoustics A/S kan ikke holdes ansvarlig for dine data. Noen Interacoustics A/S-produkter støtter eller kan fungere med operativsystemer som ikke støttes av Microsoft. Interacoustics A/S anbefaler deg å alltid bruke Microsoft-støttede operativsystemer som holdes fullstendig sikkerhetsoppdatert.

3.15 Lisenser

Når du mottar Sera™ har den allerede lisensene for tilgang til de kjøpte programvaremodulene. Dersom du ønsker å legge til en annen testtype til enheten (f.eks. DPOAE, ABRIS eller TEOAE), bes du kontakte din forhandler for å kjøpe en ny lisens.

3.15.1 Legge til en ny lisens til Sera™

For å legge til en ny lisens:

1. Sørg for at du har den nyeste versjonen av Sera™-programvarepakken.
2. Koble Sera™-enheten til PC via den medfølgende USB-kabelen.
3. Kjør filen FirmwareUpgradeSera.exe som finnes i folderen med "verktøy" på Sera™ USB-minnepinnen.
4. Trykk på oppgrader og følg instruksjonene på skjermen. Dette sørger for at enheten kjører på nyeste versjon av firmware. Gjøres ikke dette kan det føre til at det benyttes en eldre versjon av den nylisensierte testtypen.
5. Kjør filen ErisLicenseManager.exe som finnes i folderen med Sera-verktøy på Sera™ USB-minnepinnen.
6. Oppgi den nye lisensnøkkelen som er levert, og trykk på knappen for velg lisens
7. Firmware er nå oppdatert, og den nye testtypen skal være tilgjengelig på din Sera™-enhet.



3.16 Oppdatering av firmware

Interacoustics leverer periodiske utgivelser av ny firmware for Sera™-enheten. Enheten må alltid inneholde nyeste tilgjengelige firmware for å sørge for at den fungerer optimalt.

For å kontrollere firmware-versjonen:

Trykk på oppsett-knappen fra hjem-skjermen



1. Trykk på om
2. Enhetens firmware-versjon vises sammen med MCU- og DSP-kompileringsdatoer.

For å oppdatere firmware på enheten din,

1. Sørg for at du har den nyeste versjonen av Sera™-programvarepakken.
2. Koble Sera™-enheten til PC via den leverte USB-kabelen.
3. Kjør filen FirmwareUpgradeSera.exe som finnes i folderen med "verktøy" på Sera™ USB-minnepinnen.
4. Trykk på oppgrader og følg instruksjonene på skjermen.



4 Bruksanvisning

4.1 Generelle forholdsregler

Du må ta følgende generelle forholdsregler ved bruk av instrumentet:



VIS FORSIKTIGHET

1. Bruk denne enheten kun slik det er beskrevet i denne håndboken.
2. Bruk bare Sanibel™-ørepropper laget for bruk med dette instrumentet.
3. Bruk alltid en ny ørepropp, skuminnsats eller EarCup for hver pasient for å unngå krysskontaminering. Ørepropper, skuminnsatser eller EarCup er ikke laget for gjenbruk.
4. Før aldri sondespissen inn i ørekanalen uten påsatt ørepropp, siden dette kan skade pasientens ørekanal.
5. Oppbevar boksen med ørepropper utenfor pasientens rekkevidde.
6. Påse at sondespissen settes inn på en slik måte at det sikrer en tett passform, uten å skade pasienten. Det er påkrevd å bruke en ren ørepropp av riktig type.
7. Påse at det bare brukes stimulusintensiteter som kan tolereres av pasienten.
8. Det anbefales å gjennomføre en integritetstest hver morgen for å sikre at signalgiverne, sonden og/eller kablen fungerer riktig for automatiske ABR-, TEOAE- og DPOAE-målinger.
9. Rengjør sondespissen regelmessig slik at ikke ørevoks eller annet smuss i sondespissen påvirker målingene.

Vennligst merk:

1. Det er spesielt viktig å håndtere instrumentet med forsiktighet når det er i kontakt med pasienten. Hold instrumentet rolig og stabilt under testing for å sikre optimal nøyaktighet.
2. Sera™ skal brukes i et stille miljø, slik at målingene ikke påvirkes av akustisk støy utenfra. Dette kan bedømmes av en fagperson med nødvendig opplæring i akustikk. Et stille rom for audiometrisk høreseltesting er definert i veiledningen til ISO 8253, del 11.
3. Rengjør aldri signalgiverhuset med vann, og før aldri instrumenter som ikke er foreskrevet for slikt bruk, inn i signalgiveren.
4. La aldri instrumentet falle ned, og unngå at det utsettes for unødvendige påkjenninger. Hvis instrumentet faller ned eller blir skadet på annen måte, må det returneres til produsenten for reparasjon og/eller kalibrering. Bruk ikke instrumentet hvis det er mistanke om at det kan ha blitt skadet.



Se ytterligere informasjon (Additional Information) om Sera™ for symptomer, mulige årsaker og foreslått feilsøking.



4.2 Slå Sera™ på og av



Slå på Sera™ ved å trykke på hjem-tasten. For å slå av Sera™ holdes hjem-tasten nede i omtrent 2 sekunder. Sera™ starter alltid på **hjem-skjermen**.

Vennligst merk: Sera™ tar omtrent 5 sekunder å starte opp.

Se del 2.3.10 om når instrumentet benyttes rett etter transport.

Viktig informasjon eller påminnelser kan vises under oppstartsprosessen. Dette kan inkludere:


- Påminnelse om kalibreringsutløp
- Advarsel om lavt batteri

4.3 Testing under lading

Tester kan utføres når Sera™ lader i krybben med en gang det er nok strøm til å støtte testing. Testing kan også utføres når Sera™ er tilkoblet PC via USB-kabel eller med strømforsyningen koblet direkte i enheten. Men elektrisk interferens kan påføre støy inn på opptaket, noe som forlenger testtiden og øker sjansene for et ikke godkjent resultat. Derfor anbefales det ikke å teste når enheten er koblet til en PC eller strømnettet.

4.4 Batteriets ladeindikator

Når Sera™-batteriet begynner å bli utladet, ser du først batterisymbolet øverst i høyre hjørne på den håndholdte enheten skifte farge som en indikasjon på at strømmen begynner å bli lav. Når strømnivået til batteriet blir så lavt at instrumentet ikke lenger kan utføre målinger, vises en advarsel på skjermen, målingen stopper og alle registrerte data blir lagret. Du må plassere Sera™ i krybben eller koble den til en PC med USB-kabel for å kunne fortsette testingen. Når du starter Sera™ igjen, innhentes de tidligere registrerte målingsdataene, og du kan fortsette målingene uten å måtte teste om igjen.



Batteriets ladestatus vises grafisk i statuslinjen på toppen av Sera™-trykkskjermen når den slås på.

Forklaringer til ladestatussymbolene er gitt i Tabell 1.



Tabell 1: Forklaring av ladestatussymboler.

Symbol	Ladestatus
	Lader
	100 %
	75 %
	50 %
	25 %
	10 % (omtrent 30 minutter aktiv testtid gjenstår)
	5 % (testing kan ikke utføres, lad opp igjen umiddelbart)
	3 % (automatisk avstengning)

4.5 Drift og knappeoversikt for Sera™

4.5.1 Sera™-skjermformatet

Det generelle Sera™-skjermformatet inkluderer:

The screenshot shows a patient selection screen. At the top, there is a header bar with the text 'Select Patient' and a battery icon. Below this is a list of patient entries, each with a name and a checkbox. At the bottom, there is a navigation bar with four icons: a back arrow, an up arrow, a down arrow, and a search magnifying glass. Red circles with numbers 1 through 6 are placed over the following elements:

- 1: The 'Select Patient' text.
- 2: The battery icon in the top right corner.
- 3: The list of patient entries.
- 4: The battery icon in the top right corner (repeated).
- 5: The navigation bar at the bottom.
- 6: The search magnifying glass icon in the bottom right corner.

1. Skjermtittel
2. Status/underoverskrift
3. Hovedskjerm
4. Batteriindikator
5. Funksjonsknapp
6. Kontrollinje med funksjonsknapper



4.5.2 Vanlige funksjonsknapper

De vanlige funksjonsknappene er forklart i Tabell 2.

Tabell 2: Vanlige funksjonsknapper.

	OK (godta/lagre)		Gå tilbake (forrige skjerm)		Avbryt
	Skriv ut		Søk		Legg til kommentar
	Side opp		Side ned		Vis testliste
	Vis testfelter		Fortsett til test/start test		Pause (test)
	Stopp (test)		Fortsett (test)		Hurtigoppsettning av ny pasient
	Begge ører (test)		Høyre øre		Venstre øre
	Sorteringsrekkefølge (alfabetisk)		Sorteringsrekkefølge (kronologisk)		Endre screener
	QR-kodevisning (kun for ABR Quick Test)				

4.5.3 Tastatur (spesialtegn)

Standardtastaturet benytter engelskspråklig tegnsett. For å få tilgang til spesialtegn fra andre språk, trykkes og holdes den mest like bokstaven inne som endres til spesialtegnet du prøver å sette inn. Tilgjengelige alternative tegn vises for valget.




Spesialtegn er tilgjengelig fra følgende engelske alfabettegn:

A	à á â ã ä å æ ç
C	ç ć Ć
D	d' đ
E	è é ê ë ê ę
G	ğ ğ
I	ì í î ï
L	ł
N	ń ñ
O	õ ö ó ô ø
R	ř ř
S	ß ş ś ș
T	ț
U	ú û ü
Z	ž ž ž



4.5.4 Startskjerm



Sera™ starter normalt på **hjem**-skjermen. Hjem-skjermen viser knappene som styrer inngangen til hovedfunksjonene i Sera™.

Du kan se følgende informasjon på skjermen:

- Velg **ny pasient** for å oppgi demografien for en ny pasient. Etter oppføring av pasientinformasjon kan du lagre navnet til databasen for senere testing, eller umiddelbart fortsette med testingen.
- **Velg pasient** for å gjennomgå listen over pasienter lagret på enheten. Velg en pasient for å gjennomgå detaljert demografisk og testinformasjon for denne pasienten, eller for å begynne en test.
- Velg **hurtigtest** for å fortsette umiddelbart med utføring av en test uten at det legges inn pasientinformasjon. Hurtigtester lagres midlertidig under hurtigtestens pasientnavn. Dersom du ønsker å lagre en hurtigtestøkt til en bestemt pasient etter testingen, kan du lagre den ved å redigere pasientinformasjonen.
- Kontrollen med **endre bruker** blir utilgjengelig dersom brukerinlogging er deaktivert. Velg **endre bruker** for å logge ut fra den nåværende brukeren, og se en brukerliste for valg av en ny bruker.
- Velg **oppsett** for å få tilgang til en oversikt over enhetens innstillinger som kan endres direkte på Sera™. Noen innstillinger kan kun endres ved bruk av HearSIM™

4.5.5 Legg til en ny pasient



Pasientinformasjon kan oppgis manuelt i Sera™ via skjermen for ny pasient. Velg knappen med ny pasient på hjem-skjermen.

På ny pasient-skjermen velges et felt for dataoppføring ved å berøre det ønskede feltet. Den aktuelle dataoppføringskontrollen, slik som tastatur, kalender eller nedtrekksliste, blir åpnet. Oppgi pasientens opplysninger for ønskede felt:

- Pasient-ID (obligatorisk felt)
- Etternavn
- Fornavn
- Fødselstid og -dato
- Fødselsdato
- Kjønn
- Risikofaktorer
- Andre risikofaktorer

Ytterligere datafelt kan legges til gjennom HearSIM™-programvare:

- Undersøkessamtykke
- Sporingssamtykke
- Etnisitet


Velg og oppi opplysninger frem til alle ønskede felt er fullført.

Feltet med pasient-ID må fullføres for å kunne lagre opplysningene eller fortsette til en test.



Det er mulig å konfigurere enheten til å legge inn et automatisk ID-nummer i dette feltet, slik at du ikke trenger oppgi en ID. Formatet til den automatiske IDen inkluderer enhetens serienummer etterfulgt av år og måned i ÅÅMM-format, og et forløpende nummer fra 1 til 65 550. Denne IDen kan overskrives når det oppgis pasientopplysninger.

Konfigurering av Sera™ til å benytte automatisk innlagt ID-nummer skjer gjennom HearSIM™.

Når du har fullført dataoppføringen kan du umiddelbart fortsette å teste pasienten, eller trykke på knappen med 'hurtigoppretting' .

4.5.6 Pasient-ID konflikt

Pasient-ID må være unik. En ID-konfliktmelding vises dersom du forsøker oppgi en duplisert pasient-ID i databasen. Etter at meldingen er fjernet ved å velge **haken** på den nedre kontrollinjen, endres IDen til et annet unikt nummer.



4.5.7 Velg fra pasientlisten

En pasient kan velges fra pasientlisten. Velg knappen med **velg pasient** på hjem-skjermen.



Du kan finne ønsket pasient i listen på flere måter:

- Bruk **søk**-knappen til å åpne et skjermbilde hvor du kan oppgi pasientens ID, etter- eller fornavn for å søke etter samsvarende pasienter. Pasientlisten forkortes til å kun inkludere samsvarende oppføringer
- Bla opp eller ned med piltastene for å finne navnet på den ønskede pasienten
- Velg den aktuelle pasienten for å åpne pasientinformasjonsskjermen

Etter å ha valgt pasient kan du fortsette til:

- **Gjennomgå** pasientens testhistorikk
- **Test** pasienten

På velg pasient-listen vises et felt på høyre side av pasientens navn/ID. Feltet angir teststatusen (Tabell 3).

Tabell 3: Pasientens teststatus.

16718960-1510-00008 Meyer	<input type="checkbox"/>
16718960-1510-00003	<input checked="" type="checkbox"/>
16718960-1510-00003	<input checked="" type="checkbox"/>

Ingen tester lagres i enheten for denne pasienten.

Testene lagres i enheten (mellom 1 og 49 tester).

Maksimalt antall tester er lagret (50). Ingen ytterligere tester kan utføres for denne pasienten.



4.6 Generell testinformasjon

Det er viktig å få samtykke fra pasienten, eller fra pasientens foreldre eller foresatte hvis pasienten er mindreårig. Det anbefales videre å gi pasienten og pasientens familie en generell oversikt over testfremgangsmåten, hva de kan forvente og hvordan de skal tolke testresultatet.

4.6.1 Pasientforberedelse – automatisert ABR-testing

Under automatisert ABR-testing samles elektriske signaler fra den nevrologiske banen mellom sneglehuset og hjernestammen, via elektroder som er plassert på babyen. Siden disse signalene er veldig svake og kan forstyrres av myogeniske signaler, anbefales det at babyen sover eller er svært rolig før testing. Babyen kan stå i krybben, være plassert på et undersøkelsesbord eller holdes av foreldre.

Klargjøring av huden hjelper for å oppnå god kontakt (f.eks. lav impedans) mellom huden og elektroden. Etter rengjøring fjernes eventuelt avfall fra hudklargjøringsproduktet, slik at huden er tørr. Dette vil hjelpe til å sikre godt feste av engangselektrodene til huden.



Elektrodene som brukes av Sera™ med ABRIS er beregnet for bruk på intakt, ekstern hud rundt ørene og i hodebunnen. De skal ikke brukes hvis huden ikke er intakt eller hvis babyen har en smittsom dermatologisk tilstand.



Se ytterligere informasjon om Sera™ (Additional Information) for flere instruksjoner om hvordan klargjøre pasienten og hvilken elektrodemontasje som skal benyttes.



ADVARSEL

Kvelningsfare.
Hold kablene unna barnets hals.



ADVARSEL

Risiko for kvelning.
Oppbevar små deler, som ørepropper og elektroder, utenfor pasientens rekkevidde.



VIS FORSIKTIGHET

Unngå kontakt mellom ubrukte elektroder, og andre ledende deler.

4.6.2 Pasientforberedelse – OAE-testing

OAE-responsen er svært lav. Det anbefales at babyen sover eller er svært rolig før testing. Babyen kan stå i krybben, være plassert på et undersøkelsesbord eller holdes av foreldre under testing.



Se ytterligere informasjon om Sera™ for flere instruksjoner om hvordan klargjøre pasienten for testing.

4.6.3 Håndtering og valg av ørepropper

Sanibel™-ørepropper er kun til engangsbruk og bør ikke brukes om igjen. Gjentatt bruk av ørepropper kan føre til spredning av infeksjon mellom pasienter.

Sonden og innsettingstelefonene må påsettes en ørepropp av hensiktsmessig type og størrelse før testingen utføres. Ditt valg er avhengig av størrelsen og formen på ørekanalen og øret. Valget beror også på hva du foretrekker og måten du utfører testen på.



Sørg for at øreproppen føres helt inn i ørekanalen før en test startes. OWA-ørepropper flensede- og soppformede ørepropper lar deg oppnå en god passform i ørekanalen, for å teste "håndfritt" (uten å holde sonden eller insert-hodetelefonene på plass). Håndfrie tester reduserer sjansen for at støy forbundet med å opprettholde ørekontakten, forstyrrer målingen.

Vennligst merk: Alt engangsutstyr inkludert med Sera™ er produsert av Sanibel Supply®. Systemet har kun blitt testet med engangsutstyr produsert av Sanibel Supply®. Bruk av andre merker kan endre egenskapene og resultatene fra enheten, og anbefales ikke. Engangsutstyr fra Sanibel™ er fritt for lateks, DEHP og BPA, og samsvarer med nåværende biokompatible standarder.



Gå til hurtigveiledningen "Velge riktig ørepropp", som er beskrevet under tilleggsinformasjon i Håndboken til Sera™ for se en oversikt over størrelser og utvalg av ørepropper.



ADVARSEL


Risiko for kvelning.
Hold alltid propper og andre tilsvarende smådeler utenfor babyens rekkevidde.

4.6.4 Bruk av EarCups

Sanibel™ Infant EarCups™ er kun til engangsbruk og bør ikke brukes flere ganger. Gjenbruk av EarCups kan føre til spredning av infeksjon fra pasient til pasient, og potensielt påvirke overføring av riktige stimulinivåer til pasientens øre.

Forsikre deg om at EarCup er riktig montert på EarCup-adapteren og festet til hodetelefonrørene før testing. Fjerning av EarCup gjøres best ved å bruke en alkoholholdig klut eller vann som reduserer irritasjon av babyens hud.

EarCup



Sørg for at EarCup adapteren er satt helt inn i engangs EarCup før testing. Feil innsetting kan føre til feil stimulinivåer i pasientens øre, som kan påvirke testresultatene.

Vennligst merk: Alt engangsutstyr inkludert med Sera™ er produsert av Sanibel Supply®. Systemet har kun blitt testet med engangsutstyr levert av Sanibel Supply®. Bruk av andre merker kan endre egenskapene og resultatene fra enheten, og anbefales ikke. Engangsutstyr fra Sanibel™ er fritt for lateks, DEHP og BPA, og samsvarer med nåværende biokompatible standarder.

4.6.5 Starte en test

Tester kan startes på flere måter:




1. Etter å ha lagt inn informasjon om **ny pasient**.
2. Fra pasientinformasjonsskjermen etter at du har valgt en pasient fra **velg pasient**-listen.
3. **Hurtigtest** (på hjem-skjermen).



Hurtigtest-funksjonalitet kan aktiveres/deaktiveres av en administrator gjennom HearSIM™. Dersom hurtigtest er deaktivert på enheten din, vil ikke knappen med **hurtigtest** vises på hjem-skjermen.

Følgende prosesser er de samme uavhengig av testtypen (automatisk ABR eller OAE) du utfører.

Velges **test**-knappen  startes prosessen mot testing. Avhengig av enhetens konfigurasjon, kan det være det vises noen skjermbilder før den faktiske testskjermen vises.

4.6.6 Velg testtype



Dersom enheten din har både automatisk ABR- og OAE-funksjonalitet, eller mer enn en protokoll av samme testtype eksisterer på enheten, vil et velg test-skjerm bilde vises hvor du velger testen du ønsker å utføre.

Under testtypen (f.eks. TEOAE) vises navnet på protokollen.

Viste tester avhenger også av den tilkoblede signalgiveren. Er for eksempel sonden tilkoblet Sera™ vil automatisk ABR-test ikke vises i listen. Forforsterkeren må kobles sammen med en passende signalgiver for å se automatisk ABR-testing.



Se ytterligere informasjon om Sera™ for mer informasjon om protokollene.



4.6.7 Testrelatert feltoppføring

Din Sera™ kan konfigureres gjennom HearSIM™ for å lagre informasjon for hver test om:

- Screeningens avdelingsnavn
- Sykehusstatus
- Undersøkellesstadiet
- Årsak til manglende undersøkelse
- Lege
- Spring-ID
- Type barnerom
- Forsikring
- Mors navn
- Fødested

Når denne funksjonen er aktivert, vil en testfeltoppførings skjerm vises slik at du kan fullføre disse feltene riktig for den nåværende pasienten. Siden disse feltene ofte er de samme fra pasient til pasient, vil valgene dine huskes slik at du kun trenger å bekrefte oppføringer ved å fortsette med valget av **test**-knapp dersom de gjeldende oppføringene som vises i feltene er riktige.

Dersom du logger inn på enheten etter oppstart, vil navnet ditt også lagres sammen med testen og testfeltets oppførings skjerm viser navnet ditt i et format som ikke kan endres.




4.6.8 Screening-resultatsymboler

En forklaring til screening-resultatsymbolene finnes i Tabell 3.

Tabell 3: Screening-resultatsymboler.

Symbol	Screening- resultat
✓	Bestå
✗	Henvis
?	Ufullstendig


4.6.9 Stoppårsak for ufullstendig test



Administratoren kan aktivere en funksjon i Sera™ gjennom HearSIM™ for automatisk visning av en velg stoppårsak-skjerm dersom en test stoppes manuelt. Denne informasjonen lagres i testoppfølgingen.



4.6.10 Utskrift etter testing



Utskrift av testresultater på en etikettskriver kan gjøres fra test ferdig-skjermen ved å velge knappen med **testliste** på den nede kontrollinjen. Hele listen med tester utført for denne pasienten vises i omvendt kronologisk rekkefølge.

For din bekvemmelighet forhåndsvelges den sist utførte høyre- og venstre øretesten i den nåværende delen for utskrift, som gjenkjennes ved en liten grønn hake som vises på skriverikonet på høyre side av raden. Du kan avvelge en test ved å berøre symbolet. Du kan etter ønske velge andre tester i listen for utskrift.

Dersom kun ett høyre og ett venstre øretestresultat velges for utskrift på listen, så vil begge ørenes resultater skrives ut på en enkelt etikett. Dersom mer enn to tester velges for ett øre, vil hvert testresultat skrives ut på en separat etikett.

Vennligst merk: Utskriftsikonet vises ikke i Sera™ ved følgende tilfeller.

1. Dersom etikettutskrift eller trådløs kommunikasjon er deaktivert på enheten gjennom HearSIM™, eller
2. Dersom en etikettskriver ikke har blitt sammenkoblet med Sera™.



4.7 Automatisk ABR-testing

Under automatisk ABR-testing endres skjermene til å reflektere prosessene som foregår og de tilgjengelige valgene for screeneren.



Se ytterligere informasjon om Sera™ for mer informasjon om automatisk ABR og protokollene.

4.7.1 Første testskjerm for automatisk ABR

Den første skjermen for automatisk ABR viser følgende informasjon og instruksjoner (Tabell 4).

Tabell 4: Første skjerm for automatisk ABR.






Vist grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
	Pasientinformasjon.	Viser den valgte pasientens navn.
	Ørevalg-knapp.	Bytt for å velge testøre.
	Signalgiverstype.	Signalgiverbildet vist ved siden av babyhodet gjengir den tilkoblede signalgiveren (EarCup, innstikk eller sonde).
	Bruksanvisning.	Testinstruksjonsinformasjonen vises.
	Startknapp.	Starter impedanskontroll.
	Tilbake-knapp.	Returnerer til forrige skjerm.



4.7.2 Impedanskontroll-skjerm

Under impedanskontrollen vises elektrodesymbolene på grafikken til babyens hode grønt eller rødt med kΩ impedansverdien vist mot bunnen av skjermen (Tabell 5). Når impedansverdier for alle lokasjoner forblir "grønne" (<50 kOhms) i noen påfølgende sekunder, termineres impedanskontrollen og responsdeteksjonsfasen starter automatisk.

Tabell 5: Impedanskontrollskjerm for automatisk ABR.

Vist grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
	Teststatusinformasjon	Indikerer at enheten er i impedanskontrollmodus.
	Pasientinformasjon.	Viser den valgte pasientens navn.
	Impedanskontroll-tilbakemelding.	Gir tilbakemelding om impedansverdiene: Grønn = god impedans. Rødt = dårlig impedans. Impedansverdier vises i kOhms.
	Stoppknapp.	Stopper impedanskontrollen.
	Pause/fortsett-knapp.	Pauser/fortsetter impedanskontrollen.

Dersom en impedansindikator forblir i "rødt", forbedres impedansen for denne elektrodeposisjonen ved å:

- Sørge for at elektroden er plassert ordentlig på den klargjorte hudplasseringen.
- Dersom dårlig impedans vedvarer, kan det være nødvendig å fjerne elektroden og bruke hudklargjøringsprodukt for å rengjøre huden igjen, eller bruke en ledende gelé. Det kan være mulig å benytte samme elektrode, men dersom den har dårlig feste er det nødvendig med en ny.

Dersom impedansen forblir dårlig, vil en melding om impedanstidsavbrudd vises etter omtrent 180 sekunder med impedanskontroll. Når meldingen fjernes, vises den opprinnelige testskjermen igjen.



4.7.3 Automatisk ABR-målingsskjerm

Under automatisk ABR-måling, viser et stolpediagram fremdriften mot et beståttresultat (Tabell 6). En rød søyle angir testfremdriften for høyre øre. En blå søyle angir testfremdriften for venstre øre.

Når testen er fullført, vises screeningens resultatsymbol på toppen av stolpediagrammet.

Tabell 6: Automatisk ABR-målingsskjerm.

Vist grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
	Teststatusinformasjon.	Indikerer at enheten er i testmodus.
	Pasientinformasjon.	Viser den valgte pasientens navn.
	Testfremdriftslinje.	Gir tilbakemelding om testfremdriften for å nå et beståttresultat.
	Støylinje med hake dersom støyen er akseptabel.	Indikerer kvaliteten til innkommende EEG.
	Tidslinje.	Benyttet testtid.
	Stoppknapp.	Stopper testen; tildeler et uferdig resultat.
	Pause/fortsett-knapp.	Pauser/fortsetter målingen.

4.7.3.1 Støylinje

Under testingen viser **støylinjen** amplituden til den innkommende EEG-samplingen. En hake vises på høyre side av linjen når det innkommende signalet er stille nok til å godtas og behandles av responsdeteksjonsalgoritmen. Dersom den innkommende EEG-samplingen inneholder høy støy grunnet myogenisk eller elektrisk støy, vil haken forsvinne og støylinjen reflektere støyen som overstiger avvisningsnivået.

Dersom dette oppstår bør du pause testen, og ta deg av støyen ved å berolige babyen eller styre andre støykilder (elektriske).

4.7.3.2 Tidslinje

Under testingen fylles **tids- eller fremdriftslinjen** opp, ettersom gode samplingsdata innhentes. Når 180 sekunder (3 minutter) med akseptable EEG-samplinger er innhentet, vil linjen fylles fullstendig opp og testen termineres automatisk.




4.7.3.3 Test ferdig-skjerm

Ved fullførelse av en test vil resultatene fra den siste fullførte testen fortsatt være synlige (Tabell 7). Ørevalgskontrollen blir aktiv igjen, slik at brukeren kan velge det andre øret for testing, eller kan gjenta en testmåling på samme øret.

Ørevalgskontrollen kan også benyttes til å bytte mellom den siste automatiske ABR-testen utført på høyre og venstre øre under økten.

Tabell 7: Test ferdig-skjerm for automatisk ABR.


Done! Nightingale, Sarah	Vist grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
	  	Teststatusinformasjon. Pasientinformasjon. Ørevalg-knapp.	Indikerer at testen er ferdig. Viser den valgte pasientens navn. Bytt for å velge testøre.
		Testresultatlinje, resultatsymboler og ytterligere testinformasjon.	Gir tilbakemelding om resultatene til den nyeste testen utført per øre.
		Startknapp.	Begynner en impedanskontroll for en ny test.
		Vis testlisteknapp.	Åpner opp lister over alle tester utført i denne økten.
			Utskrift er tilgjengelig dersom skriver er satt opp.
		Legg til kommentar-knapp.	Velg å legge til en kommentar om testen som nettopp ble utført.
		Tilbake-knapp.	Går tilbake til forrige skjerm (velger testtype eller klargjør pasient-skjermen).



QR-kode-knapp

Må aktiveres via enhetsinnstillingene. Viser en QR-kode av testresultatene

Dersom brukeren starter en ny test på samme øret som nettopp bestod, vil følgende skjerm vises:



Denne meldingen varsler brukeren om at øretesten nettopp er bestått, og ber om bekreftelse på ønske å om å reteste samme øret igjen.

Brukerne kan velge haken for å fortsette med en retest, eller avbryt-knappen for å kansellere retesten og gå tilbake til test ferdig-skjermen.



4.8 OAE-testing

Under OAE-testing endres skjermene til å reflektere prosessene som foregår og de tilgjengelige valgene for screeneren.










Se ytterligere informasjon om Sera™ for mer informasjon om TEOAE, DPOAE og protokollene.

4.8.1 Første testskjerm for OAE

Den første skjermen for OAE viser følgende informasjon og instruksjoner (Tabell 8).

Tabell 8: Første testskjerm for OAE.

	Vist grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
		Pasientinformasjon.	Viser den valgte pasientens navn.
		Ørevalg-knapp.	Bytt for å velge testøre.
		Signalgiver.	Signalgiverbildet vist ved siden av babyhodet gjengir den tilkoblede signalgiveren.
		Bruksanvisning.	Testinstruksjonsinformasjonen vises.
		Startknapp.	Starter sondekontroll.
		Tilbake-knapp.	Returnerer til forrige skjerm.



4.8.2 Sondekontroll-skjerm






Under sondekontrollen vises informasjon om kvaliteten til sondens passform i ørekanalen. (DPOAE i Tabell 9 og TEOAE i tabell 10). Når sondens passform er god, termineres sondekontrollen og OAE-målingsfasen starter automatisk.

Tabell 9: DPOAE-sondekontrollskjerm.

Test: Out of ear Quick Test	Vist grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
		Sondekontroll-status.	Viser sondekontrollstatus – i øret, utenfor øret eller blokkert.
		Pasientinformasjon.	Viser den valgte pasientens navn.
		Statuslinjer.	Viser sondens status i øret. Alle kriterier må være oppfylte før en test vil starte.
		Stoppknapp.	Stopper sondekontrollen.
		Pause/fortsett-knapp.	Pauser/fortsetter sondekontrollen.



Tabell 10: TEOAE-sondekontrollskjerm.

Test: In ear & seal	Vist grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
	   	Sondekontroll-status. Pasientinformasjon Statuslinjer. Stoppknapp.	Viser sondekontrollstatus – i øret, utenfor øret eller blokkert. Viser den valgte pasientens navn. Viser sondens status i øret. Alle kriterier må være oppfylte før en test vil starte. Stopper sondekontrollen.

Dersom sondepassformen ikke er akseptabel, må du forbedre situasjonen før testen begynner:

- Sørg for at sondespissen er sikkert satt inn i ørekanalen.
- Sørg for av babyen er rolig og stille, eller sover og/eller lytter til akustisk støy i testmiljøet.










4.8.3 OAE-målings skjerm

Under OAE-målingen vises et stolpediagram for hver av frekvensene i testprotokollen som reflekterer fremdriften mot bestått (Tabell 11). Linjen fylles fullstendig opp med en farge og en hake vises over linjen når kriteriet for bestått er oppnådd for den bestemte frekvensen.

I tillegg vises horisontale målere for sondestabilitet, støy- og testfremgang. Når støy og sondestabilitet er akseptable, vises en hake ved siden av den horisontale måleren.

Tabell 11: DPOAE-målings skjerm.

Skjermområde/grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
	Testing... Nightingale, Sarah	Teststatusinformasjon. Indikerer at enheten er i testmodus.
	Testing... Nightingale, Sarah	Pasientinformasjon. Viser den valgte pasientens navn.
	Testing... Nightingale, Sarah	Testfremdriftslinje. Gir tilbakemelding om testfremdriften for å nå et beståttresultat.
	Noise	Støylinje med hake dersom støyen er akseptabel. Indikerer akseptabelt støyavvisningsnivå og status.
	Time	Tidslinje. Benyttet testtid.
	Stopknapp.	Stopper testen; tildeler et uferdig resultat.
	Pause/fortsett screening-knapp.	Pauser/fortsetter målingen.



Tabell 12: TEOAE-målings skjerm.

Skjermområde/grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
	Teststatusinformasjon.	Indikerer at enheten er i testmodus.
	Pasientinformasjon.	Viser den valgte pasientens navn.
	Testfremdriftslinje.	Gir tilbakemelding om testfremdriften for å nå et bestått resultat.
	Sonde.	Indikerer sondens passformstatus.
	Støylinje med hake dersom støyen er akseptabel.	Indikerer akseptabelt støyavvisningsnivå og status.
	Tidslinje.	Benyttet testtid.
	Stoppknapp.	Stopper testen; tildeler et uferdig resultat.
	Pause/fortsett screening-knapp.	Pauser/fortsetter målingen.

4.8.3.1 Sondens stabilitetslinje

Under testingen reflekterer **sondestabilitetslinjen** statusen til sonden i ørekanalen. En hake vises på høyre side av linjen når sondens stabilitet er akseptabel. Haken forsvinner dersom sondens stabilitet går under et akseptabelt nivå som antyder at sonden faller ut av øret. Dersom dette skjer, må du kontrollere sondens passform i øret.

4.8.3.2 Støylinje

Under testingen viser **støylinjen** amplituden til den innkommende akustiske støyen. En hake vises på høyre side av linjen når det innkommende signalet er stille nok til å godtas og behandles av responsdeteksjonsalgoritmen. Dersom den innkommende datasamplingen inneholder høy støy, vil haken forsvinne og støylinjen reflektere støyen som overstiger avvisningsnivået.

Dersom dette oppstår bør du pause testen, og ta deg av støyen ved å berolige babyen eller styre andre omgivelsesstøykilder. Passformen til sonden må også kontrolleres.



4.8.3.3 Tidslinje








Under testingen fylles **tids- eller fremdriftslinjen** opp, ettersom gode samplingsdata behandles. Når den maksimale testtiden er nådd fylles linjen fullstendig, og testen termineres automatisk.

4.8.4 Test ferdig-skjerm

Ved fullføring av en screening vil resultatene til den siste fullførte screeningen fortsette å være synlige. Ørevalgskontrollen returnerer, slik at brukeren kan velge det andre øret for testing, eller kan gjenta en screening på samme øret.

Ørevalgskontrollen kan også benyttes til å bytte mellom den siste OAE-testen utført på høyre og venstre øre under økten.

Tabell 13: **DPOAE test ferdig-skjerm.**

Skjermområde/grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
	Pasientinformasjon og "test ferdig"-status.	Viser nåværende pasient.
	Ørevalg-knappene returnerer etter at testen er ferdig.	Velg øre for testing; eller bytt for å vise resultatene for motsatt øre testet i denne økten.
	Resultatlinjene og symbolene og ytterligere informasjon om testen.	Tilbakemelding om resultatene til den nyeste screeningen utført i denne testøkten. Samlet resultat vises på toppen. Resultater for individuelle frekvenser vises over hver linje.
	Sondens stabilitet %.	Indikerer sondens passformkvalitet gjennom testen.
	Artefakt %.	Indikerer artefaktens prosentvise måling under testen.
	Tid.	Total testtid.
	Startknapp.	Starter passformkontroll for OAE-sonde.



Testlistevisning.

Åpner opp lister over alle tester utført i denne økten; kan skrive ut herfra dersom skriver er satt opp. Returnerer til forrige skjerm (før den opprinnelige testskjermen).










Tilbake-knapp.



Kommentar.

Velg for å åpne en skjerm for å legge til en kommentar om testen som nettopp ble utført.

Tabell 14: TEOAE test ferdig-skjerm.

Skjermområde/grafikk	Funksjonsnavn	Beskrivelse
	Pasientinformasjon og "test ferdig"-status.	Viser nåværende pasient.
	Ørevalg-knappene returnerer etter at testen er ferdig.	Velg øre for testing; eller bytt for å vise resultatene for motsatt øre testet i denne økten.
	Resultatlinjene og symbolene og ytterligere informasjon om testen.	Tilbakemelding om resultatene til den nyeste screeningen utført i denne testøkten. Samlet resultat vises på toppen. Resultater for individuelle frekvenser vises over hver linje.
	Stimulus stabilitet %.	Indikerer stimulus stabilitet gjennom testen.
	Artefakt %.	Indikerer artefaktens prosentvise måling under testen.
	Tid.	Total testtid.
	Startknapp.	Starter passformkontroll for OAE-sonde.



Testlistervisning.

Åpner opp lister over alle tester utført i denne økten; kan skrive ut herfra dersom skriver er satt opp. Returnerer til forrige skjerm (før den opprinnelige testskjermen).



Tilbake-knapp.



Kommentar.

Velg for å åpne en skjerm for å legge til en kommentar om testen som nettopp ble utført.

4.8.4.1 Sondestabilitet % (kun DPOAE)

Når målingen er ferdig, gir **sondestabilitet %** en indikasjon på hvor stabil sondeplasseringen var gjennom hele testen. En lav sondestabilitet % indikerer at sonden beveget seg under testingen.

4.8.4.2 Stimulusstabilitet % (kun TEOAE)

Når målingen er ferdig, gir **stimulusstabilitet %** en indikasjon på hvor stabilt stimulusnivået var gjennom hele målingen. En lav stabilitetsverdi indikerer normalt at sonden beveget seg under testingen.

4.8.4.3 Artefakt %

Når målingen er verdig vises det totale antallet artefakter som ble målt under testen.

4.8.4.4 Tid

Når målingen er ferdig, vil den totale testtiden vises her.



4.9 Hurtigtest

4.9.1 Generelt



Valget **hurtigtest** fra hjem-skjermen hopper over oppføring av pasientinformasjon eller valg av pasient fra databasen.

Prosessen med **hurtigtest** er identisk som for en standard test.

Hurtigtester kan skrives ut umiddelbart etter at testen er fullført, men ingen identitetsinformasjon vises på utskriften.

Kun den siste hurtigtestøkten lagres midlertidig i Sera™ frem til neste gang hurtigtest-knappen velges på hjem-skjermen. Når hurtigtest velges, blir den forrige hurtigtestøkten umiddelbart og permanent slettet fra Sera™.

Hvis dette er aktivert i enhetsinnstillingene, vil ABR Quick Tests gi deg muligheten til å vise en QR-kode som inneholder testresultatet. QR-koden blir utilgjengelig først når du forlater testskjerm bildet/QR-kodevisnings skjerm bildet.

Vennligst merk: Hurtigtest-funksjonalitet kan aktiveres/deaktiveres av en administrator gjennom HearSIM™. Dersom hurtigtest er deaktivert på enheten din, vil ikke knappen med **hurtigtest** vises på hjem-skjermen.

4.9.2 Lagre en hurtigtest

Dersom det er din vanlige praksis å lagre screening-tester, anbefales det på det sterkeste at du først oppgir pasientinformasjon eller velger en eksisterende pasient i databasen **før** screeningen utføres. Men dersom du ønsker å lagre en hurtigtestøkt (alle tester) umiddelbart etter at de er utført, følges disse trinnene:

1. På hjem-skjermen velges **velg pasient**
2. Velg "**hurtigtest**" pasient
3. Rediger pasientens opplysninger på pasientinformasjonsskjermen
4. Velg haken på den nedre kontrollinjen


Hurtigtestøkten lagres nå under pasient-ID og navnet du la inn.





4.10 Utskrift

4.10.1 Utskriftsmetoder

Utskrift av screening-resultatene på etikettskriverne kan utføres fra testliste-skjermen, som er tilgjengelig fra enten test ferdig-skjermen eller fra pasientinformasjonsskjermen.



Utskrift fra test ferdig-skjermen



Utskrift fra pasientinformasjonsskjermen

4.10.2 Etikettutskriftsformat

Etikettutskriften viser følgende informasjon:

- Fornavn
- Etternavn
- ID
- Kjønn
- Fødselsdato
- Resultatene til venstre øre, dato og tid
- Resultatene til høyre øre, dato og tid



4.11 Innhenter pasienter og lagrede økter

Følgende del beskriver trinnene for søk etter en pasient lagret på enheten, redigering av pasientinformasjon, visning av tester (lagrede økter), valg av en økt for utskrift og visning av testinformasjon.

4.11.1 Velg pasient



Velg knappen med **velg pasient** på hjem-skjermen for å se listen over navn til pasienter i enhetsdatabasen. Listen kan sorteres alfabetisk etter etternavn eller etter testdatoen i omvendt kronologisk rekkefølge, ved hjelp av sorter-ikonet i øvre høyre hjørne.



Bruk **opp** og **ned** -piltastene på kontrollinjen for å bla gjennom listen.

4.11.2 Søk etter en pasient

Du bruke knappen med **søk** på kontrollinjen for å åpne en skjerm med tastatur. Skriv inn hele eller en del av pasientens etternavn eller ID-nummer, og velg søk igjen for å returnere til en forkortet liste som kun inneholder samsvarende pasienter. Velg ønsket pasient fra listen for å fortsette til pasientens informasjonsskjerm, som viser pasientens opplysninger.


Når du har valgt en pasient fra listen, vises pasientens opplysninger for gjennomgang.

4.11.3 Testknapp

Velg **test**-knappen fra kontrollinjen for å fortsette med testing av pasienten.

4.11.4 Vis lagrede tester

Velg knappen med **test liste** fra kontrollinjen på pasientens informasjonsskjerm for å se en liste over tester utført på denne pasienten.




Testlisten sorteres kronologisk med de nyeste testene på toppen. Hver rad representerer en test.

Dersom mer enn 8 tester lagres, benyttes **opp og ned** -piltastene på kontrollinjen for å bla gjennom listen.




Hver rad på testlisten viser følgende informasjon:



- Resultatsymbol for bestått, henvis eller ufulstendig
- Testøresymbol for høyre, venstre eller begge ørene
- Testdato og tid
- Testtype (automatisk ABR, DPOAE eller TEOAE)

4.11.4.1 Utskrift av en lagret test




Trykk på skriverboksen til høyre for testen for å velge test for utskrift. Når valgt, vil boksen med skriverikon inneholde en grønn hake. Velg så mange tester du ønsker å skrive ut. Velg så **utskrift**-knappen på kontrollinjen.

Hver test skrives ut på individuelle lapper unntatt dersom du har valgt kun ett høyre og ett venstre testøre av samme testtype. I dette tilfellet vil begge testene skrives ut på en enkel etikett.

Vennligst merk: Utskriftsbokser og **utskrift**-knappen vises kun på skjermen dersom din Sera™ har trådløse og skriverinnstillinger aktivert gjennom HearSIM™, og dersom en HM-E200-skriver er sammenkoblet med enheten. Ellers er disse kontrollene skjult fra visningen.

4.11.5 Innhenting av en lagret test

Velg testen du ønsker å gjennomgå for å se **testresultatene** og **testfelt**-informasjon.



Velg knappen med **vis testfelt** på kontrollpanelet for å se testrelatert feltinformasjon. Denne skjermen blir kun tilgjengelig dersom testfelt-alternativet er aktivert på enheten gjennom HearSIM™.

Testrelaterte felter kan ikke redigeres på Sera™. Dersom det er nødvendig å redigere, må testdata først overføres til HearSIM™ og redigeres derfra.



4.12 Brukerstyring på enheten


4.12.1 Generelt

Sera™ kan settes opp til å kreve brukerinnlogging på enheten gjennom HearSIM™. Dette er deaktivert som standard.



Med en gang innlogging er aktivert, vil en knapp for å endre brukeren finnes på hjem-skjermen.

4.12.2 Velge bruker (valgfritt)




Sera™ kan settes opp til å kreve brukerinnlogging på enheten gjennom HearSIM™. Dette er deaktivert som standard.

Når brukerinnlogging er aktivert, vises en brukerlisteskjerm som du laget i HearSIM™ og overføres til Sera™ etter at enheten er startet.

Velg ditt brukernavn fra listen for å fortsette til passordskjermen. **Opp** og **ned** -pilene på kontrollinjen lar deg gå gjennom sider med navn dersom det er mer enn 8 brukere på listen.

Velg **søk-knappen** på kontrollinjen for å skrive inn tegn til ditt brukernavn ved bruk av på skjerm-tastaturet. Velg så **haken** i kontrollinjen for å gå tilbake til visning av en forkortet brukerliste.

4.12.3 Oppgi passord




Oppgi passordet ditt på passordskjermen ved hjelp av på skjerm-tastaturet, og velg knappen med **hake** på kontrollinjen.

Dersom passordet er riktig, vises **hjem**-skjermen.



4.12.4 Feil passord



Dersom det oppgis et feil passord vises en melding som indikerer at passordet du har oppgitt er feil.

Meldingen vises i flere sekunder og vil så forsvinne. Dette tømmer innleggingsfeltet slik at du kan forsøke å legge inn passordet igjen.




4.13 Oppsett



Velg knappen med **oppsett** på kontrollinjen på **hjem**-skjermen for å få tilgang til en liste med innstillinger som kan gjøres direkte på Sera™.

4.13.1 Språkskjerm




Bruk **opp** og **ned** -pilene for å bla gjennom listen med språk.

Velg ønsket språk slik at en hake vises i avkryssingsfeltet ved siden av språket.

For å bekrefte valget og avslutte språkskjermen velges knappen med **hake** på kontrollinjen.

Tilgjengelige språk er engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, polsk, finsk, russisk, kinesisk, koreansk, norsk, tyrkisk, japansk, kasakhisk og tsjekkisk.

4.13.2 Enhet



Sett dine tidsønsker for funksjonene **strømsparer** og **strømvstengning**.

- **Strømsparer** (standby) kan stilles på aldri, 1–5 minutter eller 10 minutter
- **Strømvstengning** kan stilles på aldri eller 1, 5, 10, 15 eller 30 minutter

Velg knappen med **hake** på kontrollinjen for å bekrefte innstillingene og lukke enhetsoppsettskjermen.

Still inn ønsket lysstyrke på skjermen.

Angi preferansene dine for **klokke og dato**.


- Juster klokke- og datoinnstillingene
- Velg mellom 24-timers klokke eller 12-timers klokkemodus

Velg å **slette alle pasient- og testdata** fra enheten. Å slette data er irreversibelt. En advarsel vil vises før slettingen fullføres

Mulighet for å vise en QR-kode for ABR-hurtigtester.



4.13.3 Lyd



Sett opp forskjellige preferanser for presentasjonen av lyd som tilbakemelding under forskjellige forhold. Volumnivået kan også velges her. Tilstandene hvor du kan velge å presentere en lyd er:

- **Trykklyd** – en lyd for alle knappetrykkene på enheten
- **Testavslutningslyd** – en lyd for når en test er fullført
- **Varsellyd** – en varsellyd når en elektrode blir frakoblet under automatisk ABR-testing, eller når batterinivået er lavt

Velg knappen med **hake** på kontrollinjen for å bekrefte innstillingene og lukke lydoppsettskjermen.

4.13.4 Skriver




For å sammenkoble den valgfrie trådløse HM-E200-skriveren, velges knappen med **søk** på kontrollinjen. Sørg for at skriverne er slått på. Navnet "HM-E200" vises når skriveren er vellykket sammenkoblet med Sera™.

Velg knappen med **hake** på kontrollinjen for å bekrefte innstillingene og lukke skriveroppsettskjermen.



4.13.5 Om



Velg valget **om** for å se informasjon om Sera™, inkludert:

- Firmware-versjoner
- Serienummer og kalibreringsdatoer
- Batteriinformasjon
- Lisenser



5 Utstyrs (integritet) kontroller

5.1 Generelt

Sondens ytelse og elektrodekablene er kritiske for testresultatene. Vi anbefaler at du gjennomfører en utstyrstest hver morgen før du begynner å teste pasienter for å sikre at utstyret fungerer som det skal.

- Før integritetstesten utføres, må du kontrollere at sondespissen eller ørepropp-adapteren er ren og fri for ørevoks og/eller smuss
- Utstyrstesten bør alltid utføres i et stille testmiljø
- Bruk bare anbefalt pass-checker eller kavitet for testing. Ved bruk av annen type enhet vil det ikke nødvendigvis avdekkes feil på utstyr eller signalgiver.

5.2 Pass-checker for automatisk ABR (valgfritt)

Det valgfrie Sera™ ABRIS pass-checker-tilbehøret kan benyttes til å utføre en integritetskontroll av elektrodekabler og en signalgiver benyttet til automatisk ABR-testing med Sera™. En integritetskontroll kan gjøres jevnlig, eller kan utføres dersom du mistenker et problem med Sera™-maskinvaren, elektrodekabler eller signalgiveren. Pass-Checker kan kjøpes fra din Interacoustics representant.

1. Verifiser at elektrodekablene og innstikks øretelefoner/EarCup/sonde er koblet til Sera™-forforsterkerkabelen, og at forforsterkerkabelen er koblet til Sera™.



2. Koble de tre fargede elektrodekablene til sine respektive metallknapper på pass-checker. Sørg for at fargene til kablene samsvarer med ringene rundt metallknappene.



3. For en EarCup-signalgiver settes den svarte EarCup-adapteren fullstendig inn i hullene på hver side.



Ved bruk av innstikkstelefoner, må det sørges for at ørepropp-adapteren er tilkoblet sammen med en engangs ørepropp (9 mm grønn anbefales). Sett øreproppene inn i hullene inntil den ytre kanten av soppen sitter jevnt med den ytre kanten av hullet. Ikke trykk øreproppen for langt inn, da den kan sette seg fast.

Ved bruk av sonde sørges det for at en engangs ørepropp er tilkoblet (blå anbefales) før den settes inn i hullet. Blokker det andre hullet til Pass-Checker før testen utføres.


4. Slå på Pass-Checker ved å trykke på strømknappen. Den ravgfargede LED-lampen lyser opp når Pass-Checker er slått på.

Pass-Checker har en autoav-funksjon. Dersom du utfører gjentatte tester under feilsøkingen, må du sørge for at Pass-Checker fremdeles er slått på under testene dine.

ABR

(CE-Chirp 35dB nHL)

5. Utfør en standard binaural eller monaural (for sonden) automatisk ABR-test.



6. Testen bør gå raskt gjennom impedans og målingsfasen og ende opp med beståttresultat for begge ørene (ett dersom en sonde brukes). Dersom testen ikke får bestått eller ikke kommer lengre enn impedans, kan det være potensielle problemer med systemet.



Se ytterligere informasjon om Sera™ for symptomer, mulige årsaker og foreslått feilsøking.

Vennligst merk: Pass-Checker-batteriet må kun byttes av en autorisert Interacoustics representant. Skade på Pass-Checker som følge av forsøk på å bytte batteriet av noen andre enn autoriserte serviceteknikere kvalifiserer ikke til garantireparasjon.

Dersom ingen Pass-Checker er tilgjengelig for å utføre den automatiske ABR-integritetstesten, kan du utføre testen på deg selv.



5.3 Sonde-integritetstest for TEOAE

Et testvolum kalt Infant Ear Simulator leveres med Sera™ for å utføre en sondeintegritetstest for OAE-moduler.



Sondens integritetstest sørger for at systemproblemer ikke genereres av sonden eller maskinvaren. Sondespissen må inspiseres for voks eller smuss før testen utføres. Og testing må utføres i et stille miljø



TEOAE

(1.5 – 4 kHz)

1. Sett inn OWA-sonden med den 3 mm rødflensende øreproppen eller SnapPROBE™ med hver ørepropp tilkoblet Nyfødt ørestimulator levert med Sera™.
2. Velg hurtigtest-alternativet på hovedskjermen og kjør en standard TEOAE-test. La testen kjøre til den stopper automatisk. Ikke stopp testen manuelt.
3. Hvis sonden fungerer som den skal (ingen TE-bånd er merket med en hake), kan du fortsette med testing som normalt.



4. Hvis det kommer feilmeldinger under testing eller hvis ett eller flere av TE-båndene er merket med en hake etter at testen er fullført, har sondens integritetstest feilet. Kontroller og rens sondespissen for ørevoks eller smuss, og gjennomfør sondetesten på nytt. Hvis sondetesten mislykkes for andre gang, må Sera™ **ikke brukes til testing av pasienter. Ta kontakt med forhandler for å få hjelp.**



Se ytterligere informasjon om Sera™ for symptomer, mulige årsaker og foreslått feilsøking.

Vennligst merk: Dersom en sonde håndteres hardt (f.eks. faller på en hard overflate) kan det være den må kalibreres igjen. Sondens kalibreringsverdier lagres i sondepluggen. Derfor kan sonder byttes når som helst.



5.4 Sonde-integritetstest for DPOAE

Et testvolum kalt Nyfødt øresimulator leveres med Sera™ for å utføre en sondeintegritetstest for OAE-moduler.

Sondens integritetstest sørger for at systemproblemer ikke genereres av sonden eller maskinvaren. Sondespissen må inspiseres for voks eller smuss før testen utføres. Og testing må utføres i et stille miljø




DPOAE

(2 – 5 kHz)


1. Sett inn OWA-sonden med den 3 mm rødflensende øreproppen eller SnapPROBE™ med hver ørepropp tilkoblet Nyfødt ørestimulator levert med Sera™.

2. Velg hurtigtest-alternativet på hovedskjermen og kjør en standard TEOAE-test. La testen kjøre til den stopper automatisk. Ikke stopp testen manuelt.

3. Hvis sonden fungerer som den skal (ingen DP-frekvenspunkter er merket med en hake), kan du fortsette med testing som normalt.



4. Hvis det kommer feilmeldinger under testing eller hvis ett eller flere av DP-frekvenspunktene er merket med en hake etter at testen er fullført, har sondens integritetstest feilet. Kontroller og rens sondespissen for ørevoks eller smuss, og gjennomfør sondetesten på nytt. Hvis sondetesten mislykkes for andre gang, må Sera™ **ikke brukes til testing av pasienter. Ta kontakt med forhandler for å få hjelp.**



Se ytterligere informasjon om Sera™ for symptomer, mulige årsaker og foreslått feilsøking.

Vennligst merk: Dersom en sonde håndteres hardt (f.eks. faller på en hard overflate) kan det være den må kalibreres igjen. Sondens kalibreringsverdier lagres i sondepluggen. Derfor kan sonder byttes når som helst.



6 Vedlikehold

6.1 Generelle vedlikeholdsprosedyrer

Instrumentets ytelse og sikkerhet vil bli opprettholdt hvis følgende anbefalinger for pleie og vedlikehold blir fulgt:

1. Det anbefales å utføre service på instrumentet minst en gang i året for å forsikre riktige akustiske, elektriske og mekaniske funksjoner. Dette bør bli utført av et godkjent verksted for å forsikre riktig service og reparasjon.
2. Kontroller at isolasjonen på strømledningen eller kontaktene ikke er skadet og at instrumentet ikke utsettes for mekanisk belastning som kan føre til skade.
3. For å forsikre å bevare instrumentets pålitelighet, anbefales det at operatøren regelmessig, f.eks. en gang om dagen, utfører en test på en person med kjente data. Denne personen kan være operatøren selv. For OAE-testing anbefales det å gjennomføre en daglig integritetstest for å bekrefte at sonden fungerer som den skal, før du tester på pasienter.
4. Hvis instrumentets overflate eller en del av dette tilsøles, kan det vaskes med en myk klut som er lett fuktet med en mild blanding av vann og vaskemiddel eller lignende. Koble alltid fra strømadapteren under rengjøringsprosessen og sørg for at det ikke trenger noe væske inn i instrumentet eller i tilbehøret.
5. Etter hver pasientundersøkelse må det sørges for at ingen av instrumentdelene som berører pasienten er kontaminerte. Generelle forholdsregler må tas for å unngå at sykdom fra en pasient overføres til andre. Ikke-engangsdeler av systemet som møter pasienten, skal rengjøres og desinfiseres etter bruk for å forhindre krysskontaminering.
6. Ved hyppig rengjøring skal det brukes vann, men ved alvorlig tilsøling kan det være nødvendig å bruke et desinfiseringsmiddel.



Se ytterligere informasjon om Sera™ for mer informasjon om rengjøring og vedlikehold av utstyr og tilbehør.

6.2 Generelle rengjøringsprosedyrer



VIS FORSIKTIGHET

- Slå av og koble fra strømtilførselen før rengjøring
- Bruk en myk og lett fuktet klut med rengjøringsløsning for å rengjøre alle utsatte overflater
- Væske må ikke komme i kontakt med metalleder innvendig i øretelefonene/hodetelefonene
- Instrumentet eller tilbehøret må ikke autoklaveres, steriliseres eller senkes ned i noen slags væske
- Det må ikke brukes harde eller spisse gjenstander for å rengjøre noen del av instrumentet eller tilbehøret
- Deler som har vært i kontakt med væske må ikke tørke før de rengjøres
- Ørepropper av gummi eller skumgummi er engangsartikler
- Hvis desinfisering anses som nødvendig, anbefales det å bruke et alkoholfritt desinfeksjonsmiddel. Alkoholfrie produkter inneholder den aktive ingrediensen som kalles kvartær ammoniakkforbindelse.

Anbefalte rengjørings- og desinfiseringsløsninger:

- Varmt vann med et ikke-slipende rengjøringsmiddel (såpe)



6.3 Rengjøring av Sera™

6.3.1 Trykkskjerm

Rengjør instrumentet ved å tørke av huset utvendig med en lofri klut som er lett fuktet med et rengjøringsmiddel. Benytt en linseklut eller en mikrofiberklut til å rengjøre Sera™-trykkskjerm.

6.3.2 Deksel, krybbe og kabler



VIS FORSIKTIGHET

Vis forsiktighet ved rengjøring.

- Før rengjøring, fjernes Sera™ fra krybben som frakobles strømmettet.
- Benytt en myk klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel eller lignende for å rengjøre plastdelene på Sera™ og krybben.
- Hvis det er nødvendig med desinfeksjon, benyttes en desinfiserende klut fremfor en spray. Sørg for at overflødig væske fra kluten ikke når sensitive områder, slik som tilkoblinger og sømmer hvor plastdelene er koblet sammen, som under gummikanten rundt Sera™.

Følg instruksjonene til desinfiseringsproduktet.

6.3.3 Engangsmateriell

Benytt kun Sanibel™-engangsmateriell som leveres med din Sera™. Øreplugg, EarCup æg og klebrige elektroder er kun beregnet for engangsbruk. Disse må kastes etter bruk. De kan ikke desinfiseres.



VIS FORSIKTIGHET Ved gjenbruk av engangsmateriell øker du faren for krysskontaminering!



6.4 Rengjøring av sondespissen

For sikre at korrekte måleresultater, er det viktig å sørge for at sondesystemet til enhver tid er rent. Følg derfor den illustrerte anvisningen vist nedenfor, om hvordan du fjerner f.eks. ørevoks fra de små lydkanalene i sondespissen.



Benytt Thornton Bridge & Implant Floss eller Thornton 3 in 1 Floss for rengjøring.

Kast den brukte tråden etter bruk.




Rengjør aldri sondespissen mens den fremdeles sitter på sondekroppen.


Skru opp sondehebben ved å vri den med klokken, og fjern sondespissen fra sondekroppen.



Tre rengjøringstråden på en av kanalene fra bunnen av sondespissen.



Dra rengjøringstråden fullstendig gjennom kanalen på sondespissen. Gjenta for hver kanal hvis nødvendig.



For rengjøring av større kanaler er det nødvendig å doble tråden for effektiv rengjøring av alle hjørnene.



For tilgang til og rengjøring av den større kanalen, er det nødvendig å fjerne pakningen fra innsiden av sondespissen. Du kan gjøre dette med liten tapp. Dra pakningen tilbake på plass etter rengjøring.



Fest sondespissen til sonden igjen, og skru pakningen på plass.



IKKE forsøk å rengjøre sondespissen når den er montert på sonden.

Sett kun rengjøringstråden eller tråden inn i basen på sonden for å sørge for at voks/smuss dyttes ut av sondespissen fremfor inn i den. Dette beskytter også pakningen mot skade. Bruk aldri noe verktøy til å feste sondeheten!




Se ytterligere informasjon om Sera™ for mere informasjon om rengjøring av sonden.



6.5 Rengjøring av SnapPROBE™

Ørepropp for SnapPROBE™ er designet for å opprettholde avstanden mellom de følsomme komponentene i sonden og et spedbarns ørebuegang. Den langstrakte formen vil typisk samle det meste av ørevoksen som avhendes sammen med øreproppen etter bruk, og som derved vil begrense hvor ofte filtrene i sonden må byttes ut. Det er viktig at sondespissen er ren og fri for voks eller annet rusk før du utfører en test. Voks eller rusk i sondespissen kan forårsake feil presentasjon av stimulansen eller opptaket. En visuell inspeksjon av sonden og dens filtre bør derfor gjøres før hver måling.

Hvis det er spor av ørevoks, rusk eller lignende, må sondens filtre byttes ut.



Fjern øreproppen fra sonden for å få tilgang til SnapPROBE™s tre filtre.



Filtrene kan fjernes ved hjelp av et verktøy for bytte av filter i settet for bytte av filter.



Bruk det tomme sporet til settet for bytte av filter for å fjerne et filter fra sonden.



Sett inn det nye filteret som følger med på verktøyet i det tomme filtersporet. Kast det gamle filteret umiddelbart for å unngå å blande det med nye filtre.

6.6 Tilbehør/reservedeler

Noen gjenbrukbare komponenter utsettes for slitasje over tid. Vi anbefaler at du oppbevarer disse reservedelene tilgjengelig (som passer til enhetskonfigurasjonen av din Sera™).



6.7 Utskifting avbatteri

Vi anbefaler at kun en autorisert representant bytter ut det interne batteriet. Følg trinnene nedenfor for å skifte ut Li-ion-batteriet i Sera. Merk at det finnes to alternativer for batteribytte, avhengig av hvilken Sera-type du har (med kontakt eller uten kontakt).

6.7.1 Å demontere Sera™

For å få tilgang til batteriet må skapet åpnes og demonteres.

6.7.2 Åpning av skapet



Begynn nedenfra, ta av gummistrikken og fjern den fra skapet.



På hver side av apparatet sitter det et sett med skruer som holder over- og underskapet på plass.



Disse fire skruene må fjernes før det er mulig å skille over- og underskapet fra hverandre.



Etter at skruene er fjernet, skiller du over- og underskapet forsiktig fra hverandre ved hjelp av et lirkeverktøy, f.eks. en flat skrutrekker.


Det er tolv låsepunkter fordelt på alle sider av skapet, noe som sikrer en stabil montering.



Når alle låsepunktene er løsnet med skrutrekkeren, er over- og underskapet klare for videre demontering.

MERKNAD: Begge skapdelene er fortsatt festet til hverandre med flexprint,

6.7.3 Å demontere skapene




For å skille over- og underskapet fra hverandre legger du overskapet flatt på et stabilt underlag og snur forsiktig toppen.

Bruk en skrutrekker til å skyve opp låsemekanismen som holder kabelen på plass.


Når låsen er åpen, er det mulig å løsne flexprintet fra sin posisjon.

Over- og underskapet er ikke lenger festet til hverandre.



Fjern de fire skruene.

Under folien holder de samme fire skruene også PCA-en og isolasjonen på plass.




Det nederste kabinettet inkl. PCA og batteri (til venstre).

Det øvre skapet inkl. displayet (til høyre).



6.7.4 Å demontere PCA




De fire skruene som ble fjernet i forrige trinn, gjør det mulig å demontere PCA-en fra kabinettet.




Når du snur PCA-en, ser du at den er festet til bunnskapet med en kabel.

Legg PCA-enheten flatt på et stabilt underlag mens du støtter bunnskapet med én hånd.



Når begge glidebryterne er ulåst, løsner du først kablen fra glidebryteren.




Fjern deretter flexprintet forsiktig fra glidebryteren.

FORSIKTIG: Ikke fjern flex-printet med kraft, da det kan skade flex-printet.

PCA og bunnkabinettet er nå skilt fra hverandre.




6.7.5 Å bytte ut batteriet




Koble fra batteriet.


MERKNAD: Hvis batteriet ikke er utstyrt med en kontakt, må hele bakdelen av enheten skiftes ut, inkludert batteriet (sett med nedre del kan bestilles).



Løft opp batteriet i toppen.


FORSIKTIG: Hold isolasjonsfolien nede for å sikre at komponentene under ikke skades eller demonteres.





Sørg for at gammel tape er plassert på batteriet. Hvis den er plassert på isolasjonsfolien, må du fjerne den før du monterer det nye batteriet.



Sørg for at den gamle teipen fortsatt sitter på batteriet. Hvis ikke, må du fjerne den fra isolasjonsfolien i den nederste delen



Monteringen gjøres i motsatt rekkefølge av demonteringen.

Hvis batteriet leveres med en overflødig kontakt, må du fjerne og kaste den før du monterer batteriet.

Nytt batteri leveres med tape montert på baksiden. Fjern brun liner før montering.



Ved installasjon av batteriet, sørg for å justere kontakten riktig vei.

Når installasjonen er fullført, slår du på enheten for å bekrefte at den er riktig installert.

6.7.6 Å bytte ut batteriet i ABRIS-beståttkontrolløren

For å skifte ut batteriet i ABRIS pass-checker, må du først fjerne de to skruene på baksiden av beståttkontrolløren.



Deretter skiller du front- og bakdekselet og tar ut batteriet.

Bytt det ut med et p23ga 12 V-batteri.





6.8 Reparasjon

Interacoustics er kun ansvarlig for gyldigheten av CE-merkingen, sikkerheten, påliteligheten og ytelsen til utstyret hvis:

1. monteringsoperasjoner, forlengelser, etterjusteringer, endringer eller reparasjoner utføres av godkjente personer
2. det opprettholdes et serviceintervall på 1 år
3. de elektriske installasjonene i relevante rom er i samsvar med egnede standarder, og
4. utstyret brukes av godkjent personell i overensstemmelse med dokumentasjonen som er levert av Interacoustics.

Kunden må ta kontakt med den lokale forhandleren for å avgjøre muligheter for service/reparasjon, inkludert service/reparasjon på stedet. Det er viktig at kunden (gjennom lokal distributør) fyller ut **RETURRAPPORTEN (Return Report)** hver gang når komponenten/produktet sendes til service/reparasjon til Interacoustics.

6.9 Garanti

Interacoustics garanterer at:

- Sera™ er fri for feil i materiale og utføring under normal bruk og tjeneste for en periode på 24 måneder fra leveringstidspunktet fra Interacoustics til den første kjøperen
- Tilbehør er feilfritt i materiale og utføring under normal bruk og tjeneste for en periode på nitti (90) dager fra leveringstidspunktet fra Interacoustics til den første kjøperen

Hvis et produkt trenger service i løpet av den gjeldende garantiperioden, må kjøperen kommunisere direkte med Interacoustics' lokale servicesenter som vil avgjøre hvor det er mest hensiktsmessig å utføre reparasjonen. Reparasjon eller utskifting utføres på Interacoustics regning og er underlagt vilkårene i denne garantien. Produktet som krever service må returneres umiddelbart, være riktig innpakket og forsendelsen forhåndsbetalt. Tap eller skade som oppstår under returen til Interacoustics er kjøperens ansvar.

Apparatets forventede levetid er sju år. Forventet levetid for de medfølgende probene og transduserne er 3 år.

Ikke i noe tilfelle skal Interacoustics være ansvarlig for tilfeldige, indirekte eller følgeskader i forbindelse med kjøpet eller bruken av et hvilket som helst produkt fra Interacoustics.

Dette skal kun gjelde for den opprinnelige kjøperen. Denne garantien skal ikke gjelde for påfølgende eier eller besitter av produktet. Videre skal garantien ikke gjelde for, og Interacoustics skal ikke bli holdt ansvarlig for, noe tap som oppstår i forbindelse med kjøpet eller bruken av produkter fra Interacoustics som har blitt:

- reparert av andre enn en godkjent servicerepresentant fra Interacoustics;
- endret på et slikt vis at det, ifølge Interacoustics vurdering, påvirker produktets stabilitet og pålitelighet;
- utsatt for misbruk, uaktsomhet, ulykke, eller hvor serie- eller partinummer har blitt endret; utvisket eller fjernet; eller
- feilaktig vedlikeholdt eller brukt på et annet vis enn i henhold med instruksjonene oppgitt av Interacoustics.



Denne garantien gjelder istedenfor alle andre garantier, det være uttrykte eller underforståtte og alt annet erstatningsansvar eller forpliktelser pålagt Interacoustics. Interacoustics verken gir eller ber noen som helst representant eller person, verken direkte eller indirekte, fullmakt til påta seg på Interacoustics vegne noe som helst ansvar i forbindelse med salg av Interacoustics produkter.

Interacoustics fraskriver seg alle andre garantier, uttrykt eller antatt, inklusiv enhver garanti for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål eller applikasjon.



7 Generelle tekniske spesifikasjoner

7.1 Sera™ instrument – tekniske spesifikasjoner

Medisinsk CE-merke		CE-merket i kombinasjon med MD-symbolet indikerer at Interacoustics A/S oppfyller kravene i Medical Device Regulation (EU) 2017/745. Godkjenning av kvalitetssystem er utført av TÜV- identifikasjonsnr. 0123.
Standarder	Sikkerhet:	IEC 60601-1:2012, batteridrevet, type BF anvendte deler
	EMC:	IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 60601-2-40:2016
	Kalibrering:	ISO 389-2:1994 ISO 389-6:2007
	Testsignal:	IEC 60645-3:2007
	OAE:	IEC 60645-6:2022, type 2
	ABR:	IEC 60645-7:2009, type 2
Krybbe	Sikkerhet: Strøm Nettspenning og frekvenser: Utgang:	IEC 60601-1:2012, klasse II UES12LCP-050160SPA Varenummer 8515473 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 400 mA 5,0 V DC, 1,6 A MAKS
Driftsmiljø 	Temperatur: Relativ luftfuktighet: Omgivelsestrykk: Oppstartstid: Oppvarmingstid:	5 – 40°C, +41°F... +104°F 15 – 93 % (ikke kondens) 98 kPa – 104 kPa < 5 sek Null
Transport- og oppbevaringsforhold	Langvarig lagringstemperatur (forsendelse, lagring osv.): Kortvarig transporttemperatur (transitt mellom bruk): Oppbevaring og transport, relativ luftfuktighet:	0°C – 50°C, - 4°F... 122°F -25 – 70°C, - 13°F... 158°F Maks 93 % (ikke kondens)
Høydevurdering	Maks betjeningshøyde:	2 000 m / 6 561 fot over sjønivå
Merking IP02 IP20	IP-merking er en inntaksbeskyttelsesmerking. Merkingen spesifiserer beskyttelsen mot partikler og væsker. Instrumentet har forskjellig IP-merking med følgende innvirkning: IP02: For å beskytte instrumentet mot regn og vann, må alltid bærevesken benyttes ved transport. IP20: Denne merkingen finnes på instrumentdeler og betyr at delene ikke er beskyttet mot vann. MERK: Laderen, strømforsyningen og krybben skal ikke brukes i hjemmepleie-miljøer.	





Generelt		
Dimensjonene til Sera™		15,8 x 8,3 x 1,9 cm / 6,2 x 6,2 x 0,7 tommer
Vekten til Sera™		265 g / 0,5 lbs
Brukergrensesnitt:		Resistiv trykkskjerm
Visningsstørrelse:		9,5 x 5,6 cm, farge, 272 x 480 oppløsning
Datagrensesnitt:		Trådløs Sendingsfrekvens: 2 402 – 2 480 MHz Modulasjonstyper: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK og 8DPSK Strålingseffekt: Opp til +12 dBm
Brukertilbakemelding:		Integrert høyttaler
Språkinnstillinger:		Engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, polsk, finsk, rumensk, russisk, kinesisk, koreansk, tyrkisk, norsk, japansk, kasakhisk, tsjekkisk, svenska och ukrainska.
Batteri	Type:	Li-ion batteri 44794; Kapasitet: 3,7V/3 850 mAh
	Forventet levetid:	Avhenger av bruken – normalt mer enn 3 år
Minne		1 GB (maks 250 pasienter kan lagres med 50 tester hver)
Tilkobling		Omnetics 12-kontakts plugg
Forforsterker vekt		85 g / 0,19 lbs
Forforsterker dimensjoner		8,5 x 0,5 x 2,5 cm / 3,4 x 0,2 x 0,9 tommer

Skriver		
Termoskriver (valgfridd)	Type:	HM-E200
	Tilkobling:	Trådløs
	Batteri:	Oppladbar Li-polymer, DC 7,4 V, 1300 mAh
	Lader:	AC 100 – 240 V, ~50/60 Hz, 1,0 A
	Vekt:	234 g / 8,3 oz
	Papir:	Termisk papir Termiske etiketter (103 per rull)
	Papirbredde:	58 mm (bredde) på termisk skriver 56 mm x 60 mm (bredde x lengde) på etikettskriver
	Utskriftstid:	Maks. 100 mm/s. Utskriften er avhengig av størrelsen på den anvendte protokollen.

ABRIS		
Forforsterker	Én kanal:	3 elektroder, 51 cm, 20''
	Forsterkning:	72 dB
	Frekvensrespons:	0,5 – 5 000 Hz
	Støy:	< 25 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
	CMR-forhold:	> 100 dB ved 100 Hz
	Samplingsfrekvens:	22,05 kHz
	Maks. korreksjonsspenning ved inngang:	2,5 V
	Inngangsimpedans:	10 M Ω / 250 pF
	Strøm fra hovedenhet:	Isolert strømforsyning
Elektrisk impedansmåling	Målefrekvens:	33 Hz
	Bølgeform:	Rektangulær
	Målestrøm:	11,25 μA
	Område:	0,5–50 k Ω \pm 10 %




Stimulans	Stimuli:	CE-Chirp® (200 Hz – 11 kHz), Klikk (200 Hz – 11 kHz)
	Stimulusrate:	90 Hz
	Signalgivere: (Kalibrert til standarder)	IP30-innstikkstelefon IP30 EarCup OWA-sonde SnapPROBE™
	Nivå:	25, 30, 35, 40, 45 dB nHL
	Båndbredde:	22,05 kHz
Opptak	Analysetid:	3 minutter
	A/D-oppløsning:	24 bit
	Artefaktavvisningssystem:	Avvisningsnivå (topp, minste RMS, maks RMS) og klipping (visningsmetning)
Visning		Signalgiver, testresultatlinjer, resultatsymboler (bestått/henvis/ukomplett), testtid, artefakt, elektrode impedans.
Målingens nøyaktighet	Algoritmefølsomhet (standard protokoll):	≥ 99.99 %  Se ytterligere informasjon om Sera™ for mer informasjon om tilgjengelige testprotokoller, testprotokollinnstillinger, følsomhet og spesifikasjoner.

DPOAE		
Stimulans	Frekvensrekkevidde:	1 500 til 6 000 Hz
	Nominell frekvens:	f2
	f2/f1 forhold:	1,22
	Nivå:	50 – 65 dB SPL
	Signalgiver:	SnapPROBE™ autodeteksjon, autokalibrert Utskiftbar sondespiss OWA-sonde autodeteksjon, autokalibrert Utskiftbar sondespiss
Opptak	Analysetid:	60 sekunder
	A/D-oppløsning:	24 bit, 5,38 Hz oppløsning
	Artefakt (støy) avvisningssystem:	30 dB SPL
	Reststøy:	En gjennomsnittlig RMS-måling i DP-bin-frekvensområdet (26 bin ved frekvenser < 2 500 Hz og 60 bin ≥ 2 500 Hz).
	Testtrykk:	Omgivelse
Visning		Signalgiver, testresultatlinjer, resultatsymboler (bestått/henvis/ukomplett), sondestabilitet, testtid, artefakt.
Målingens nøyaktighet:	Algoritmefølsomhet (standard protokoll):	≥ 99.6 %  Se ytterligere informasjon om Sera™ for mer informasjon om tilgjengelige testprotokoller, testprotokollinnstillinger, følsomhet og spesifikasjoner.

Sera™ med DPOAE benytter en forbedret metode for stimulinivå-kontroll. Det gir en mer nøyaktig levering av den spesifiserte intensiteten i hele ørekanalens radius, fra nyfødte til voksne. Anvendeligheten til IEC 60645-6 standarden er for tiden begrenset til voksne ører. For å dekke markedet bedre med et produkt som gir mer nøyaktige stimulinivåer til et bredere spekter av hørekanalvolumer (spesielt nyfødte), har vi derfor valgt å benytte en mer omfattende kalibreringsprosedyre for DPOAE som er utenfor omfanget til IEC 60645-6 for noen protokoller.

Alle protokoller som inkluderer IEC i navnet må benytte den spesifiserte IEC-kalibreringsmetoden.




TEOAE		
Stimulans	Frekvensrekkevidde:	1 500 til 4 000 Hz
	Stimulustype:	Ikke-lineær (i henhold til IEC 60645-6:2009)
	Nivå:	60 – 83 dBpe SPL, topp-til-topp-kalibrert, AGC-regulert
	Klikkhastighet:	71/sekundet
	Signalgiver:	SnapPROBE™ autodeteksjon, autokalibrert Utskiftbar sondespiss OWA-sonde autodeteksjon, autokalibrert Utskiftbar sondespiss
Opptak	Analysetid:	60 sekunder
	Opptaksvindu:	2,5 – 14,1 ms
	A/D-oppløsning:	24 bit
	Artefakt (støy) avvisningssystem:	55 dB SPL
	Testtrykk:	Omgivelse
	Reststøy:	En RMS-verdi for hvert oktavbånd, basert på det bayesianske vektete gjennomsnittet for det definerte OAE-tidsvinduet.
Målingens nøyaktighet	Algoritmfølsomhet (standard protokoll):	≥ 99.6 %  Se ytterligere informasjon om Sera™ for mer informasjon om tilgjengelige testprotokoller, testprotokollinnstillinger, følsomhet og spesifikasjoner.
Visning		Signalgiver, testresultatlinjer, resultatsymboler (bestått/henvis/ukomplett), stimulusstabilitet, testtid, artefakt.




7.2 Spesifikasjoner for inn-/utgangsforbindelser

	Sera™ ABR/OAE-tilkobling for sonde, forforsterker	Forforsterker, sonde, signalgiver tilkobling
Feste	Beskrivelse	Beskrivelse
1	CH1-ut	CH1-ut
2	CH1-jord	CH1-jord
3	D-jord	D-jord
4	Jord A / jord mikrofon	Jord A / jord mikrofon
5	Mikrofon – inngang / analogt balansert	Mikrofon – inngang / analogt balansert
6	Mikrofon + inngang / analogt balansert	Mikrofon + inngang / analogt balansert
7	Strømforsyning +3/+5 V	Strømforsyning +3/+5 V
8	CH2-ut	CH2-ut
9	CH2-jord	CH2-jord
10	I2C CLK	I2C CLK
11	I2C DATA	I2C DATA
12	I2C avbrudd	I2C avbrudd

Data inngang/utgang	
USB Type A-B mikro	USB-port for kommunikasjon

KRYBBETILKOBLER STIKKONTAKT	TILKOBLING
	 <p>MICRO USB</p> <p>5 V/1,6 A</p>

SERA™-TILKOBLER		MICRO USB (INN)	
	1		1. +5 VDC 2. NC 3. NC 4. NC 5. Jording

Calibration properties

Nøyaktighet	
ABRIS	±2 dB for alle stimulustyper

DPOAE	±1,5 dB for 1000 til 4000Hz og ±3 dB utenfor området
TEOAE	±2 dB for klikkstimulus



7.3 Kalibreringsreferanseverdier for CE-Chirp® stimulus

Sonde- og innsatsstimuli er kalibrert i SPL-verdier ved å bruke en øresimulatorkobling fremstilt i henhold til IEC 60318-4.

Signalgiver	peRETSPL [dB re. 20 µPa]
RadioEar IP30 med øreplugg	31,5 dB SPL
RadioEar IP30 med EarCup	58,5 dB SPL
OWA-sonde	35 dB SPL
SnapPROBE™	34.1 dB SPL

Referanseverdier for CE-Chirp® stimuli og Interacoustics standard verdier.

7.4 Kalibreringsreferanseverdier for klikk-stimulus

Sonde- og innsatsstimuli er kalibrert i SPL-verdier ved å bruke en øresimulatorkobling fremstilt i henhold til IEC 60318-4.

Signalgiver	peRETSPL [dB re. 20 µPa]
RadioEar IP30 med øreplugg	35 dB SPL
RadioEar IP30 med EarCup	61,5 dB SPL
OWA-sonde	33,5 dB SPL
SnapPROBE™	37.4 dB SPL

7.5 Koblingstyper brukt for kalibrering

ABRIS:

Sonde- og innsatsstimuli er kalibrert i SPL-verdier ved å bruke en øresimulatorkobling fremstilt i henhold til IEC 60318-4.

DPOAE:

Sondestimuli L1 og L2 er kalibrert i SPL-verdier ved å bruke IEC 711-øresimulatorkobling fremstilt i henhold til IEC 60318-4.

TEOAE:

Sondestimuli er kalibrert i peSPL-verdier ved å bruke IEC 711-øresimulatorkobling fremstilt i henhold til IEC 60318-4.

7.6 Generell informasjon om spesifikasjonene

Interacoustics arbeider stadig for å forbedre sine produkter og produktenes ytelse. Spesifikasjonene kan derfor være gjenstand for endringer uten forvarsel.

Ytelsen og spesifikasjonene for instrumentet kan kun garanteres dersom instrumentet undergår teknisk vedlikehold minst en gang årlig. Dette arbeidet skal utføres av et verksted som er autorisert av Interacoustics.



Interacoustics har diagrammer og servicehåndbøker tilgjengelig for bruk av slike autoriserte servicefirmaer.

Spørsmål om Interacoustics representanter og produkter kan rettes til:

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1

5500 Middelfart

Danmark

Tlf.: +45 6371 3555

E-post: info@interacoustics.com

Web: www.interacoustics.com

7.7 Vedlegg A: Stimulans

En annen stimulus enn spesifisert i standard IEC 60645-3 benyttes for noen automatiske ABR-protokoller. CE-Chirp® stimulus har samme lineære størrelsesfrekvensrespons slik som klikk-stimulus spesifisert i standarden. Men den er utformet som en sum av cosinusfunksjonene i frekvensdomenet. Frekvensene til cosinus multipliseres med stimulusrepetisjonsgraden. Med lik intensitet for hver frekvens, for å oppnå samme lineære størrelsesfrekvensrespons. Fasen til cosinuskomponentene er imidlertid forsinket ut fra cochlear-forsinkelsen i henhold til frekvensen, for å oppnå en mer effektiv stimulusutforming. Frekvensrekkevidde til stimulus er fra 200 Hz opptil 11 kHz.



7.8 Vedlegg B: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Dette utstyret er egnet for bruk i sykehus- og kliniske miljøer bortsett fra nær-aktivt HF kirurgisk utstyr og RF-skjærmede rom av systemer for magnetisk resonanstomografi, der intensiteten av elektromagnetiske forstyrrelser er høye.

MERK: ESSENSIELL UTFØRELSE for dette utstyret er definert av produsenten som:

Dette utstyret har ikke ESSENSIELL UTFØRELSE. Fravær eller tap av ESSENSIELL UTFØRELSE kan ikke føre til uakseptabel umiddelbar fare.

Den endelige diagnosen skal alltid baseres på klinisk kunnskap.

Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet sammen med annet utstyr bør unngås fordi det kan føre til feilaktig bruk.) Hvis slik bruk er nødvendig, bør dette utstyret og annet utstyr observeres for å kontrollere at de fungerer som de skal.

Bruk av annet tilbehør, signalgivere og kabler enn de som er spesifisert eller levert av produsenten av dette utstyret kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk immunitet av dette utstyret og føre til feil bruk. Listen over tilbehør og kabler finnes i denne delen.

Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksterne enheter som antennekabler og eksterne antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer) til noen del av dette utstyret, inkludert kabler spesifisert av produsenten. Ellers kan ytelsen til dette utstyret føre til uegnet drift.

Dette utstyret overholder IEC60601-1-2:2014+AMD1:2020, emisjonsklasse B gruppe 1.

MERK: Det finnes ingen avvik fra sikkerhetsstandarder og fradragsbruksområder.

MERK: Nødvendige instruksjoner for å opprettholde samsvar med hensyn til EMC kan finnes i den generelle vedlikeholdsdelen i denne bruksanvisningen. Ingen videre tiltak kreves.

For å sikre overholdelse av EMC-kravene som spesifisert i IEC 60601-1-2, er det svært viktig at kun følgende tilbehør brukes:

Vare	Produsent	Modell
Forforsterker	Interacoustics	-
OWA-sonde	RadioEar	-
Snapsonde	RadioEar	-
IP30 50 Ohm stereo ID-øretelefon	RadioEar	IP30
IP30 50 Ohm EarCup stereo ID-hodetelefon	RadioEar	IP30

Enhver person som kobler til ekstrautstyr er ansvarlig for å sikre at systemet overholder IEC 60601-1-2-standarder.

Overholdelse av EMC-krav som spesifisert i IEC 60601-1-2 sikres hvis ledningstypene og -lengdene er som spesifisert under:

Beskrivelse	Lengde (meter)	Skjermet (ja/nei)
Strømforsyning	1,5	N
Trådløs lader/krybbe	-	-
Audiometrisk sett-inn hodetelefon (IP30)	0,25	Y
Øresonder (OWA/Snap)	0,50	Delvis
Forforsterker	1,15	Delvis
Elektrodekabler	0,51	N

Bruken av tilbehør, signalgivere og kabler med medisinske utstyr/system annet enn dette utstyret, kan resultere i økte utslipp eller redusert immunitet hos det medisinske utstyret/systemet.



Veiledning og erklæring fra produsent - elektromagnetiske utslipp

<i>Instrumentet</i> (Sera™) er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Kunden eller brukeren av <i>Instrumentet</i> bør være sikker på at det brukes i et slikt miljø.		
Test av utslipp	Samsvar	Elektromagnetisk miljø – veiledning
RF-utslipp CISPR 11	Gruppe 1	<i>Instrumentet</i> bruker derfor kun RF-energi for dens interne funksjon. Enhetens RF-utslipp er derfor svært lave og det er ikke sannsynlig at de kan forårsake interferens i elektronisk utstyr i nærheten.
RF-utslipp CISPR 11	Klasse B	<i>Instrumentet</i> passer for bruk i alle kommersielle, industrielle, forretnings- og husholdningsmiljø.
Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2	Gjelder ikke	
Spenningsvingninger / flimreutslipp IEC 61000-3-3	Gjelder ikke	

Anbefalte avstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og *Instrumentet*.

<i>Instrumentet</i> (Sera™) er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø hvor utstrålte RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av <i>Instrumentet</i> kan hjelpe til med å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minimum avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og <i>Instrumentet</i> som anbefalt under, i henhold til maksimal utgående effekt fra kommunikasjonsutstyret.			
Maksimal utgående effekt fra sender [W]	Avstand mellom i henhold til frekvens fra sender [m]		
	150 kHz til 80 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	80 MHz til 800 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	800 MHz til 2,7 GHz $d = 2,23\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30
For sendere som er rangert med en maksimal utgående effekt som ikke er oppført over, kan den anbefalte avstanden d i meter (m) anslås ved å bruke ligningen til frekvensen av senderen, hvor P er maksimal utgående effektrangering av senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen. Merknad 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder den høyere frekvensrekkevidden. Merknad 2 Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk overføring påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.			




Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet			
<i>Instrumentet</i> (Sera™) er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Kunden eller brukeren av <i>Instrumentet</i> bør være sikker på at det brukes i et slikt miljø.			
Immunitetstest	IEC 60601 Testnivå	Samsvar	Elektromagnetisk miljø – veiledning
Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2	+8 kV kontakt +15 kV luft	+8 kV kontakt +15 kV luft	Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Relativ luftfuktighet må være på minst 30 % dersom gulvet er dekket med syntetisk materiale.
Immunitet mot nærhetsfelt fra RF trådløst kommunikasjonsutstyr IEC 61000-4-3	Punktfrekvens. 385-5,785 MHz Nivåer og modulering definert i tabell 9	Som definert i tabell 9	RF trådløst kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes i nærheten av noen deler av <i>Instrumentet</i> .
Elektrisk rask transient/økning IEC61000-4-4	+2 kV for strømforsyningsledninger +1 kV for inngangs-/utgangsledninger	Gjelder ikke +1 kV for inngangs-/utgangsledninger	Strøm kvaliteten bør være av en type som brukes i et typisk nærings- eller husholdningsmiljø.
Stor økning IEC 61000-4-5	+1 kV Linje-til-linje +2 kV Linje-til-jording	Gjelder ikke	Strøm kvaliteten bør være av en type som brukes i et typisk nærings- eller husholdningsmiljø.
Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på strømtilførselslinjer IEC 61000-4-11	0 % <i>UT</i> (100 % fall i <i>UT</i>) for 0.5 syklus, @ 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 og 315° < 0 % <i>UT</i> (>100% fall i <i>UT</i>) for 1 syklus 40 % <i>UT</i> (60 % fall i <i>UT</i>) for 5 sykluser 70 % <i>UT</i> (30 % fall i <i>UT</i>) for 25 sykluser 0 % <i>UT</i> (100 % fall i <i>UT</i>) for 250 sykluser	Gjelder ikke	Strøm kvaliteten bør være av en type som brukes i et typisk nærings- eller husholdningsmiljø. Hvis brukeren av <i>Instrumentet</i> må kunne fortsette driften under strømbrydd, anbefales det at <i>Instrumentet</i> får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning eller batteriet.
Strømfrekvens (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Strømfrekvensen i magnetiske felter bør være på et nivå som er karakteristisk for vanlig plassering i et typisk kommersielt eller husholdningsmiljø.
Utstrålte felt i umiddelbar nærhet — Immunitetstest IEC 61000-4-39	9 kHz til 13,56 MHz. Frekvens, nivå og modulasjon definert i AMD 1: 2020, tabell 11	Som definert i tabell 11 i AMD 1: 2020	Dersom <i>Instrumentet</i> inneholder magnetisk følsomme komponenter eller kretser, bør nærhetsmagnetiske felt ikke være høyere enn testnivåene spesifisert i tabell 11
Merk: <i>UT</i> er vekselstrømmens spenning før bruk av testnivået.			



Veiledning og erklæring fra produsent – elektromagnetiske utslipp

Instrumentet (Sera™) er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Kunden eller brukeren av **Instrumentet** bør være sikker på at det brukes i et slikt miljø,

Immunitetstest	IEC / EN 60601 testnivå	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø – veiledning
Ledet RF IEC / EN 61000-4-6	3 Vrms 150kHz til 80 MHz 6 Vrms I ISM-bånd (og amatørradiobånd for hjemmehelsetjenester.)	3 Vrms 6 Vrms	Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr bør ikke brukes nærmere noen av delene av instrumentet , inkludert kabler, enn den anbefalte avstanden som er beregnet med ligningen som gjelder frekvensen til senderen. Anbefalt avstand: $d = \frac{3,5}{V_{rms}} \sqrt{P}$
Utstrålt RF IEC / EN 61000-4-3	3 V/m 80MHz til 2,7 GHz 10 V/m 80MHz til 2,7 GHz Kun for hjemmehelsetjenester	3 V/m 10 V/m (Ved hjemmehelsetjenester)	$d = \frac{3,5}{V/m} \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz til } 800 \text{ MHz}$ $d = \frac{7}{V/m} \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz til } 2,7 \text{ GHz}$ Hvor P er den maksimale utgangseffekten til senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen og d er den anbefalte avstanden i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastsatt av en elektromagnetisk stedsundersøkelse, ^a bør være lavere enn samsvarsnivået i hver frekvensrekkevidde. ^b Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr som er merket med følgende symbol: 

MERKNAD1 Ved 80 MHz og 800 MHz, gjelder den høyere frekvensrekkevidden

MERKNAD2 Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk overføring påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.

^{a)} Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radio- og TV-kringkasting, kan ikke forutses teoretisk med nøyaktighet. For å undersøke elektromagnetisme fra faste RF-sendere bør en elektromagnetisk stedsundersøkelse vurderes. Dersom målt feltstyrke i området der **Instrumentet** brukes er høyere enn det gjeldende RF-samsvarsnivået ovenfor, bør **Instrumentet** overvåkes for å sikre normal drift. Dersom det observeres unormal ytelse, kan det være nødvendig med ekstra tiltak, slik som flytting eller endring av **Instrumentet** sin retning.

^{b)} Over frekvensrekkevidden 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrker være mindre enn 3 V/m.



8 Vanlige spørsmål / Feilsøking



Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt i feilsøkingsdelen, kan du se Sera™ Tilleggsinformasjon for ytterligere informasjon.

Problem	Forklaring	Løsning
Enheden angir at ingen sonden er tilkoblet, selv om sonden er montert.	Når batteriet i Sera™ er nesten tomt, slår den av strømmen til sonden.	Lad Sera™-batteriet
	Sondekabelen er ikke satt helt inn i kontakten.	Ta av og sett på sonden igjen, og sørg for at den sitter godt fast i kontakten.
Sera™ viser en feilkode på skjermen.	Selv om Sera™ er grundig testet, kan du ha støtt på et ukjent firmware problem.	Når en feilkode for firmware vises, anbefales det å slå Sera™ av og på igjen. Hvis et problem vedvarer, vil Interacoustics sette stor pris på om du rapporterer problemet og situasjonen som forårsaker det.
Meldingen "Koble til elektroden på nytt" under automatisert ABR-testing.	Elektroden er ikke i kontakt med huden.	Påfør elektroden på nytt på det klargjorte hudområdet.
Meldingen "Sjekk kabler" under automatisk ABR-screening.	Elektrodekontakten kan være dårlig.	Kontroller elektrodene kontakt med huden.
Melding om "nettstøy" under ABR-testing.	Det er nettstøy (50 Hz) i omgivelsene.	Flytt deg bort fra det aktuelle testmiljøet som er forurenset av nettstøy.
"For mye støy"-melding under OAE-test.	Det er høy akustisk støy under OAE-testen.	Få barnet eller omgivelsene til å roe seg.
"Out of ear"-melding under OAE-test.	Sonden er på vei ut av øret eller har falt helt ut.	Det anbefales å avbryte testen og starte på nytt, siden det er nødvendig å kalibrere sonden i øret på nytt før testingen.
"Off Levels"-melding under OAE-test.	Sonden faller ut av barnets øregang, eller plasseringen av sonden har på annen måte endret seg under testen, slik at stimulusnivåene ligger utenfor det akseptable området.	Kontroller at sonden sitter som den skal i barnets øre. Det kan være nødvendig å avbryte testen og starte på nytt etter at sonden er festet i barnets øregang.
Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring.	Programvaren er fastlåst i en prosess.	Hold Sera™-strømknappen nede i 10 sekunder for å tvinge systemet til å slå seg av og deretter starte det på nytt.



Problem	Forklaring	Løsning
Sera™-batteriet lades ikke når enheten er i holderen.	Dårlig tilkobling til strømforsyningen; feil strømforsyning.	Kontroller at du bruker riktig strømforsyning for Sera™ og at den er riktig tilkoblet.
"Out of ear"-melding under OAE-test.	Sonden er på vei ut av øret eller har falt helt ut.	Det anbefales å avbryte testen og starte på nytt, siden det er nødvendig å kalibrere sonden i øret på nytt før testingen.

Return Report – Form 001



Opr. dato: 2014-03-07 af: EC Rev. dato: 30.01.2023 af: MHNG Rev. nr.: 5

Company: _____

Address: _____

Phone: _____

e-mail: _____

Address
DGS Diagnostics Sp. z o.o.
Rosówek 43
72-001 Kolbaskowo
Poland

Mail:
rma-diagnostics@dgs-diagnostics.com

Contact person: _____ Date: _____

Following item is reported to be:

- returned to INTERACOUSTICS for: repair, exchange, other: _____
- defective as described below with request of assistance
- repaired locally as described below
- showing general problems as described below

Item: _____ **Type:** _____ **Quantity:** _____

Serial No.: _____ Supplied by: _____

Included parts: _____

Important! - Accessories used together with the item must be included if returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers).

Description of problem or the performed local repair:

Returned according to agreement with: Interacoustics, Other : _____

Date : _____ Person : _____

Please provide e-mail address to whom Interacoustics may confirm reception of the returned goods: _____

The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user ¹

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in and placed together with the item.
Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics)

¹ EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user.